

Dodatečné informace 5

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

část 5 – Klimatická komora

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Znění žádosti o dodatečné informace včetně odpovědí na tyto dotazy:

Dobrý den,

chceme se poptat na 5. bod v technické specifikaci dodávky:

Zdroj světla podporující fotobiologické procesy rostlin, spektrální rozložení a) plné nebo b) plné se zvýšeným, leč rovnocenným podílem červeného a modrého záření.

Naše otázka zní, zda musí mít klimatická komora obě varianty nebo stačí pouze jedna z variant?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Tj. zadavatel požaduje jen jednu z uvedených variant. Je na dodavateli, jaký způsob řešení si zvolí. Nicméně, jak je uvedeno v technické specifikaci, zadavatel požaduje, aby zdroj světla podporoval fotobiologické procesy rostlin.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 19. 3. 2014

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty