

## Dodatečné informace 6

nadlimitní veřejná zakázka

### **„Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“**

#### **část 2 – Vodní lázně**

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

#### **Znění žádosti č. 1 o dodatečné informace včetně odpovědí na tyto dotazy:**

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o zodpovězení následujícího dotazu týkajícího se VZ Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ část 2 - Vodní lázně - Je pro Vás přijatelné, aby vodní lázeň pro sekci A byla třepací?

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). V případě, že nabídnutá vodní lázeň bude splňovat všechny minimální technické parametry a bude navíc třepací, může být taková lázeň zadavateli dodána pouze za předpokladu, že třepání půjde vypnout a zůstane jen nucená cirkulace vody, aby byla zachována uniformita teploty v celé lázni.

#### **Znění žádosti č. 2 o dodatečné informace včetně odpovědí na tyto dotazy:**

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o zodpovězení následujícího dotazu týkajícího se VZ Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ část 2 - Vodní lázně - sekce B - Je pro Vás akceptovatelný stojánek pro zkumavky s průměrem 16-17 mm?

#### **Odpověď zadavatele č. 2:**

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

-----  
Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 21. 3. 2014

Mgr. Lucie Holakovská,  
manažerka veřejných zakázek  
v zastoupení zadavatele