

Adresa dodavatele
Doručeno elektronicky

Brno, 24. dubna 2014
Č.j. MU-ZAK/33956/2014/97988/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Mikroskopy pro LF MU 2014“ – **dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1**

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje v souladu se zadávací dokumentací vydat na žádost tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

1. část VZ: Mikroskopický výukový systém pro 10 spolupozorovatelů

Otázka č.1


„Dobrý den.
Dotazy k části I VZ:

1) Zadavatel požaduje umístit mikroskopický výukový systém pro 10 spolupozorovatelů do místnosti atypických rozměrů s excentricky umístěným sloupem, ovšem současně uvádí konkrétní požadavky na rozměr pracovní desky stolu, což považujeme za nešťastné. Atypický tvar místnosti bude zřejmě vyžadovat i atypické uspořádání jednotlivých "pracovišť". Přijme zadavatel řešení - samozřejmě 100% funkční - postavené na stole s jinými než uvedenými rozměry (2200 x 1100 mm)?“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit zadávací - technické podmínky uvedené v příloze C (Technické podmínky) zadávací dokumentace:

<i>Položka č.2 Pracovní stůl</i>
<i>Popis parametru</i>
<i>Atypický stůl laboratorní pod mikroskop s výškou 750 mm</i>
<i>Rozměr pracovní desky cca 1100-1500/1100/38 mm (š/h/v)</i>
<i>s výřezem cca 480/480 mm uprostřed pro betonový nosný sloup</i>



Pracovní deska stolu je vyrobena metodou postforming tl. 38 mm, barevné provedení slonová kost RAL 1014
Ve spodní části stolu bude osazen žlab pro vedení kabeláže k okulárům, kterých bude po obvodu stolu umístěno 10 ks
Pracovní deska bude osazena na 6-ti ocelových nohách kruhového průřezu v nerezovém provedení. tuhé spojení desky s nohami včetně spojení obou částí pracovní desky okolo sloupu/nebo pracovní stůl s bočním výřezem pro sloup.
Spodní část nohou bude osazena rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy.

Zadavatel zároveň upravuje zadávací podmínky týkající se obsahu a členění nabídky:

„...**OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

Zadavatel doporučuje členit nabídku následujícím způsobem:..

Příloha č. 1 návrhu smlouvy (technické podmínky zadavatele) - V příloze přiloží uchazeč technické požadavky uvedené pro danou část veřejné zakázky, stanovené zadavatelem v příloze C (TECHNICKÉ PODMÍNKY – technická specifikace) zadávací dokumentace.

*Příloha č. 2 návrhu smlouvy (technická specifikace nabízeného plnění)- V příloze přiloží uchazeč vlastní technickou specifikaci jím nabízených konkrétních přístrojů pro danou část veřejné zakázky včetně přesného modelu. Nabízené plnění musí splňovat minimálně požadavky uvedené v příloze C. Uchazeč použije vzorový formulář pro zpracování této technické specifikace uvedený v příloze A zadávací dokumentace. Součástí přílohy č.2 bude i výpis z technické dokumentace přístroje (např. z manuálu přístroje, prospekty apod.). Tento výpis nenahrazuje technickou specifikaci. **U části 1 veřejné zakázky bude součástí přílohy č.2 i náčrt nabízeného stolu s rozmístěním pracovišť pro spolupozorovatele.***

U části 1 zakázky bude součástí nabídky i

Příloha č.3 návrhu smlouvy (položkový rozpočet v Kč) - V příloze doloží uchazeč položkový rozpočet v Kč jím nabízených konkrétních přístrojů. Uchazeč pro zpracování přílohy použije vzorový formulář uvedený v příloze A zadávací dokumentace....“

Zadavatel v rámci dodatečné informace přikládá i novou přílohu C zadávací dokumentace a novou předlohu Přílohy č.2 (Technická specifikace nabízeného plnění) návrhu smlouvy.

Otázka č.2

„,2) Může zadavatel poskytnout kótovaný náčrt místnosti, kde bude mikroskopický výukový systém pro 10 spolupozorovatelů umístěn?“

Odpověď:

Zadavatel nebude poskytovat kótovaný náčrt místnosti. Zadavatel umožnil prohlídku na místě plnění příslušné části zakázky, které se mohl jakýkoliv zájemce zúčastnit.

Zadavatel se zároveň rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** (pro všechny části)). Původní lhůta pro podání nabídek, tj. **do 5.5. 2014 do 13:00 hod.** se prodlužuje do **7.5. 2014 do 13:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **7.5. 2014 v 13:30 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice



5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Přílohy:

Příloha C (technické podmínky) – po dod. informaci č.1

Předloha přílohy č.2 návrhu smlouvy (technická specifikace nabízeného plnění) - po dod. informaci č.1

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

