

Doručeno elektronicky!

V Brně dne 24. 4. 2014

Věc: Odpověď na žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Stěhování – CEITEC MU“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 22. 4. 2014 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k dotazu uvádí následující:

Dotaz

Dobrý den,

po dnešní prohlídce na stěhování by jsme potřebovali upřesnit dá-li se třepačka INNOVA 44 položka 12 v zadávací dokumentaci postavit na boční stranu?

Odpověď zadavatele:

Ano, třepačku INNOVA 44R lze postavit na boční stěnu za dodržení následujících podmínek:

- 1. Demontuje se platforma třepačky.*
- 2. Upevní se/stabilizuje se pohonná jednotka třepačky.*
- 3. Po opětovném umístění do vodorovné polohy se nechá stát v klidu (nezapojená) 24 hodin.*

S pozdravem

Mgr. Jan Sedláček
Manažerka veřejných zakázek
CEITEC MU