

Adresa dodavatele
Doručeno elektronicky

Brno, 25. dubna 2014
Č.j. MU-ZAK/33956/2014/97988/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Mikroskopy pro LF MU 2014“ – dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno (dále jen "zadavatel"), si dovoluje v souladu se zadávací dokumentací vydat na žádost tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

1. část VZ: Mikroskopický výukový systém pro 10 spolupozorovatelů

Otázka č.1

„Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda v dodatečných informacích č. 1 nedošlo k chybě při uvedení požadovaného rozměru stolu - aktuálně uvedené rozměry 1100-1500x1100 mm nejsou dostačující k sestavení 10-hlavého mikroskopu. Vzhledem k původně uvedené hodnotě šířky stolu (2200 mm) tak předpokládám, že správně má být uvedeno 2100-2500 mm...?“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit zadávací - technické podmínky uvedené v příloze C (Technické podmínky) zadávací dokumentace:

<i>Položka č.2 Pracovní stůl</i>
<i>Popis parametru</i>
<i>Atypický stůl laboratorní pod mikroskop s výškou 750 mm</i>
<i>Rozměr pracovní desky cca 2100-2500/1100/38 mm (š/h/v), nebo 1100-1500/1100/38 mm (š/h/v) – v případě pracovního stolu s bočním výřezem pro sloup.</i>
<i>s výřezem cca 480/480 mm pro betonový nosný sloup</i>



<i>Pracovní deska stolu je vyrobena metodou postforming tl. 38 mm, barevné provedení slonová kost RAL 1014</i>
<i>Ve spodní části stolu bude osazen žlab pro vedení kabeláže k okulárům, kterých bude po obvodu stolu umístěno 10 ks</i>
<i>Pracovní deska bude osazena na 6-ti ocelových nohách kruhového průřezu v nerezovém provedení. tuhé spojení desky s nohami včetně spojení obou částí pracovní desky okolo sloupu/nebo pracovní stůl s bočním výřezem pro sloup.</i>
<i>Spodní část nohou bude osazena rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy.</i>

Zadavatel v rámci dodatečné informace přikládá i novou přílohu C zadávací dokumentace a novou předlohu Přílohy č.2 (Technická specifikace nabízeného plnění) návrhu smlouvy.

Zadavatel se zároveň rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** (pro všechny části). Původní lhůta pro podání nabídek, tj. **do 7.5. 2014 do 13:00 hod.** se prodlužuje do **9.5. 2014 do 13:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **9.5. 2014 v 13:30 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

Přílohy:

Příloha C (technické podmínky) – po dod. informaci č.2

Předloha přílohy č.2 návrhu smlouvy (technická specifikace nabízeného plnění) - po dod. informaci č.2

