

Doručeno elektronicky

Brno, 6.5. 2014

Č.j. MU-ZAK/33147/2014/97134/LF-04

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laboratorní přístroje pro LF MU 2014“ – dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno, IČ: 00216224 (dále jen „zadavatel“) si dovoluje v souladu se zadávací dokumentací, vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

1. Zadavatel se rozhodl upravit technické podmínky uvedené v příloze C zadávací dokumentace:

1. část VZ: Minicentrifugy, pipetman, malá centrifuga, termomixér:

Položka č.2 Minicentrifuga na stripy a 1,5ml mikrozkušavky (rychlé stáčení)
Popis parametru
stolní kompaktní rozměry - minicentrifuga s jednou funkcí, ne velká centrifuga s výměnnými rotory – žádný její rozměr nesmí překročit 20 cm
2 rotory: 1. rotor na minimálně 6ks 1,5ml a zároveň i 2,0ml mikrozkušavek a 2. rotor na buď 2x 8mi strip nebo 16ks 0,2ml mikrozkušavek
adaptéry na stáčení 0,5ml mikrozkušavek, klíč na výměnu rotorů
maximální rychlost minimálně 6000rpm
maximální rcf:
u 1. rotoru (na zkumavky) minimálně 2000 g
u 2. rotoru (stropového) minimálně 1700g
rychlé (a tiché) spuštění a zastavení - během několika sekund – zavřením/otevřením víka



Zadavatel v příloze této dodatečné informace přikládá upravenou přílohu C zadávací dokumentace a předlohu Přílohy č.2 návrhu smlouvy - Technická specifikace nabízeného plnění.

2. Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek (ve všech částech). Původní lhůta pro podání nabídek, tj. **do 6.5. 2014 do 13.00** hod. se prodlužuje do **23.5. 2014 do 9:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **23.5. 2014 v 9:30 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, místnost 305.

Ostatní zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

Příloha:

Příloha C – dod. info č.3

Předloha Přílohy č.2 Technická specifikace nabízeného plnění – dod info č.3

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

