

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 15. 5. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mrazicí boxy projektu CEITEC III. – část 2.“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto centrální veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) **části 2.** veřejné zakázky s názvem „**Mrazicí boxy projektu CEITEC III.**“ (dále jen zakázka) obdržel ve dnech 12. a 13. 5. 2014 obdržel dvě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným žádostem (dotazům) poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 Zákona níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

„Hlubokomrazicí box pultový typu C. pro uskladnění biologického materiálu: Bylo by možné nabídnout v rámci zpřístupnění více zájemcům o tuto zakázku mrazicí box, který splňuje veškeré parametry, ale místo požadovaných maximálních 590 litrů, disponuje větším vnitřním objemem cca. 620 litrů?“

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na stanovené požadované hodnotě.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v min. technických parametrech stěny boxu s tenkou vakuovou izolací, což omezuje počet potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku. Námi nabízený box má vysoce účinnou polyuretanovou izolaci. Konstrukce izolace tohoto boxu v kombinaci s optimalizovaným chladicím systémem má v porovnání s konkurenčními boxy nejdelší dobu samovolného ohřátí, dokáže udržovat nejnižší teplotu při vložení topného tělesa dovnitř boxu a má nejnižší spotřebu. Všechny tyto parametry ukazují na vysokou kvalitu a účinnost izolace i chladicího systému. Tuto studii porovnání s konkurencí můžeme na vyžádání poskytnout. Studie také prokázala, že tyto hlubokomrazicí boxy s polyuretanovou izolací mají díky své konstrukci dokonce ještě lepší parametry než boxy, které obsahují tenkou vakuovou izolaci. Rádi bychom se proto zeptali, zda by zadavatel akceptoval pro zpřístupnění zakázky více uchazečům nejen tenkou vakuovou izolaci, ale i vysoce účinnou polyuretanovou izolaci?

Studii zasíláme v příloze nebo je výtah ze studie v prospektu (Lexicon ULT freezer Gen1-2.pdf) str. 7 - 9.

Odpověď zadavatele

S ohledem na zjevně srovnatelné, ne-li výhodnější vlastnosti a účinnost polyuretanové izolace, zadavatel připouští také toto kvalitativně obdobné řešení. V tomto smyslu poskytuje upravené technické podmínky (přílohu č. 1 Zadávací dokumentace).

S ohledem na výše uvedené dodatečné informace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 Zákona **do 2. 6. 2014, do 9:30 hodin.**

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita

Příloha – Technické podmínky <<