

Dodatečné informace 1

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

„Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ č. 2“

část 1 – Inkubátory a termostaty

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Kompletní znění žádosti o dodatečnou informaci:

Dotaz k položce C) Inkubátor CO2

V technické specifikaci dodávky zadavatel požaduje kontinuální filtraci, HEPA filtr, možnost použití filtrů pro výpary organických látek a instalovanou UV-lampu pro dekontaminaci. Dekontaminace vnitřního prostoru námi nabízeného inkubátoru je plně zajištěna kontinuální HEPA filtrací. Prosíme o upřesnění, zda je v tomto případě nutné dekontaminovat vnitřní prostor inkubátoru UV-lampou?

Návrh odpovědi:

Ne, v případě 100 % zajištění dekontaminace vnitřního prostoru inkubátoru pomocí kontinuální HEPA filtrace, již není nutné dekontaminovat vnitřní prostor inkubátoru UV-lampou.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 20. 5. 2014



doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU