

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 28. 5. 2014

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mrazicí boxy projektu CEITEC III. – část 5.“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto centrální veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) **části 5.** veřejné zakázky s názvem „**Mrazicí boxy projektu CEITEC III.**“ (dále jen zakázka) obdržel dne 26. 5. 2014 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedené žádosti (dotazu) poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 Zákona níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

„Hlubokomrazicí box typu G1: Bylo by možné nabídnout mrazicí box s vnitřním objemem sice menším než 800 litrů, ale jehož kapacita je dokonce ještě vyšší než požadovaných 500 krabiček 2“?“

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na stanovené požadované hodnotě, neboť počet krabiček platí pro osazení držáky krabiček. Požadavek na celkovou kapacitu je pro využití bez držáků (pro krabice s chemikáliemi a další hůře organizovatelné předměty).

S pozdravem,



Mgr. Ing. Alena Jurnečková
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita