



Dodatečné informace 2

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214“

část 6 – Stereomikroskop

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je uvedeno:

Spodní osvětlení stolku řešeno externím zdrojem a světlovodem do stolku stativu, plynulá regulace intenzity, možnost šikmého osvětlení. Osvětlení musí být ve všech případech řešeno tak, aby bylo minimalizováno vyzařování tepla směrem k pozorovanému objektu.

Přijme zadavatel řešení se stativem s integrovaným LED osvětlením s plynulou regulací intenzity a s funkcí šikmého osvětlení? V případě LED osvětlení je zachována podmínka minimalizováno vyzařování tepla směrem k pozorovanému objektu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Zadavatel tedy přijme pouze takové řešení nabízeného zařízení, které bude uvedené minimální technické parametry splňovat.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 12. 6. 2014

doc. RNDr. Jaromír Leichtmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU