

Doručeno elektronicky
KRD - obchodní společnost s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00 Praha 5
IČO: 26424991

V Brně dne 13.6. 2014
MU-ZAK/33147/2014/97134/LF-
21

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona


Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 1. část VZ: Minicentrifugy, pipetman, malá centrifuga, termomixér- oznámení o vyloučení uchazeče

Vážená paní, vážený pane,
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno, IČ: 00216224 (dále jen „zadavatel“) jako zadavatel veřejné zakázky **Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 1. část VZ: Minicentrifugy, pipetman, malá centrifuga, termomixér**, Vám v souladu se zadávací dokumentací oznamuje vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení v části I veřejné zakázky nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném rozsahu. Důvody vyloučení jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení (viz příloha dopisu).

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

vz. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

Příloha: rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení





Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení

Zadavatel: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno, IČ: 00216224,

fakulta veřejné vysoké školy založené zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Název zakázky: Laboratorní přístroje pro LF MU 2014

1. část VZ: Minicentrifugy, pipetman, malá centrifuga, termomixér

Zadavatel na základě zadávací dokumentace

VYLUČUJE

uchazeče **KRD - obchodní společnost s.r.o., Pekařská 603/12, 155 00 Praha 5, IČO: 26424991**, z další účasti ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce **Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 1. část VZ: Minicentrifugy, pipetman, malá centrifuga, termomixér** zahájené dne 15.4. 2014.

Odůvodnění:

1. Uchazeč ve své nabídce nezohlednil dodatečné informace č.4 uveřejněné dodavatelem 7.5. 2014.

V rámci dodatečné informace č.5 zadavatel upravil zadávací podmínky:

v části **9. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:**

„...**Obsah a členění nabídky**

*Příloha č. 2 návrhu smlouvy (technická specifikace nabízeného plnění)- V příloze přiloží uchazeč vlastní technickou specifikaci jím nabízených konkrétních laboratorních přístrojů pro danou část veřejné zakázky včetně přesného modelu. Nabízené plnění musí splňovat minimálně požadavky uvedené v příloze C. Uchazeč použije vzorový formulář pro zpracování této technické specifikace uvedený v příloze A zadávací dokumentace. **Součástí přílohy č.2 bude i výpis z technické dokumentace přístroje (např. z manuálu přístroje apod.), přičemž v tomto výpisu musí být dohledatelné všechny technické údaje uvedené dodavatelem v nabídce v technické specifikaci nabízených přístrojů v příloze č.2 návrhu smlouvu. Tento výpis nenahrazuje technickou specifikaci....“***

Uchazeč v rámci přílohy č.2 návrhu smlouvy nepřiložil výpis z technické dokumentace u položky č.5 Termomixéru.

2. Plnění nabízené uchazečem **nesplňuje technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci:**

Položka č.5 Termomixér:

- hmotnost – zadavatel požadoval hmotnost do 4 kg, uchazeč nabízí přístroj MB-102 od výrobce Bioer. V nabídce uchazeč uvádí max. hmotnost 4 kg, ale výrobce na svých níže uvedených www stránkách uvádí hmotnost 8,5 kg (ověřeno na www stránkách výrobce z důvodu nepřiložení výpisu





z technické dokumentace):

<http://www.bioer.com.cn/content/productdetaile?id=001003004>

- rozměry – zadavatel požadoval stolní provedení, přičemž žádný rozměr nesmí přesáhnout 25cm. Uchazeč v nabídce uvádí rozměry 166x249x249 mm, ale

na www stránkách uchazeče <http://www.krd.cz/products/telo-mb102-s-blokem-dle-vyberu/>

jsou uvedeny rozměry 200x300x150 mm

na www stránkách výrobce <http://www.bioer.com.cn/content/productdetaile?id=001003004>

jsou uveden rozměry 249x328x249 mm

Položka č.4 Malá centrifuga:

- rozměry – zadavatel požadoval stolní provedení, přičemž žádný rozměr nesmí přesáhnout 25cm. Uchazeč v nabídce u nabízeného přístroje TC-MiniPlus, od výrobce TopScien uvádí rozměry 250x250x150 mm, ale v příloženém výpisu z technické dokumentace je uvedeno 260x260x150 mm

Nabídka uchazeče tedy nesplnila požadavky uvedené v zadávacích podmínkách a hodnotící komise nabídku uchazeče v souladu se zadávací dokumentací vyřadila.

V Brně dne 13.6. 2014

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
vz. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

