

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 2. 7. 2014

Odpověď na žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Laminární boxy pro CEITEC MU – část 4“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 1. 7. 2014 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k dotazu uvádí toto:

Znění dotazu

*„Dobrý den,
rádi bychom u této Vaší VZ požádali o odpověď na následující dotaz:
Je pro Vás přijatelné Vám nabídnout certifikovaný biohazard box, který bude mít boční stěny částečně prosklené?“*

Odpověď zadavatele

Zadavatel částečně prosklené boční stěny neakceptuje. Potřebou zadavatele je vnitřní prostor s minimem spojů a materiálových přechodů (kvůli riziku zadržování nečistot), což částečně prosklené boční stěny nesplňují.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
právník
CEITEC MU