

**DORUČENO ELEKTRONICKY!**

V Brně dne 14. 7. 2014

**Odpověď na žádost o dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Laminární boxy pro CEITEC MU – část 4“**

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 10. 7. 2014 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k dotazům uvádí toto:

**Znění dotazu č. 1**

*„U laminárních boxů požadujete celonerezové bezešvé provedení pracovní plochy. Konstrukce našich boxů není vyrobena z jednoho kusu, ale zajišťuje čistitelnost boxu. Spáry jsou ošetřeny chemicky odolným silikonovým tmelem, kde vzniká snadně čistitelný rádiusový profil. Boxy mají nejvyšší index čistitelnosti CI-C a sterilizovatelnosti SI-C.“*

**Odpověď zadavatele**

Zadavatel trvá na celonerezové bezešvé pracovní ploše, a to zejména z důvodu omezené životnosti silikonového těsnění spojů.

**Znění dotazu č. 2**

*„Dále prosím o informaci, zda trváte na manuálním posunu čelního skla nebo je možné nabídnout box s elektrickým posunem a programovatelnými polohami (otevřeno, pracovní poloha, zavřeno, čistící poloha – umožňuje čištění skla z vnitřní strany)“*

**Odpověď zadavatele**

Zadavatel trvá na manuálním pohybu čelního skla, a to z důvodu možnosti plného vyklopení předního panelu včetně posuvného skla pro umožnění snadného čištění vnitřní strany skla laminárního boxu.

S pozdravem

Mgr. Jan Sedláček  
Manažer veřejných zakázek  
CEITEC MU