

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 28. 8. 2014

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem Přístroje na výrobu ledu pro CEITEC MU II.

I.

Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický institut, se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ: 00216224, jakožto veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) shora uvedené zakázky obdržel dne 27. 8. 2014 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Zadavatel k uvedené žádosti (dotazům) poskytuje níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

Náš dotaz se týká položky č. 1 – automatického laboratorního výrobníku ledu č. 1 (1 ks). Je přípustné u této položky nabídnout zařízení, která má produkci ledové tříště 150 kg/ 24 hod a kapacitu zásobníku 55 kg a jeho vnější rozměry budou šířka 738 x hloubka 690 x výška 1020 mm (udávaný rozměr výšky bez nožiček 110-150 mm)?

Odpověď zadavatele

Ano, zadavatel akceptuje i výše uvedené technické a funkční vlastnosti.

Dotaz č. 2

V případě, že budete opravdu trvat na větší kapacitě tj. 160 kg/ 24 hod se ptáme, jestli je přípustné nabídnout zařízení, které má celkové rozměry (tj. výrobníku ledu + zásobníku s kapacitou 100 kg na kterém výrobek stojí) šířka 560 mm x hloubka 815 mm a celková výška bez nožiček (110-150 mm) 1600 mm?

Odpověď zadavatele

Viz odpověď na dotaz č. 1, zadavatel akceptuje i technické a funkční vlastnosti uvedené v dotazu č. 1.

S pozdravem,

Mgr. Rostislav Gnida
Masarykova univerzita