

Dodatečné informace 1

veřejná zakázka

Pořízení sestavy pro optické snímání pohybu – Výstavba a modernizace FI a ÚVT

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1 - 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace, kterými částečně upravuje původní zadávací podmínky:

Žádost uchazeče:

Žádost o doplnění informací k zakázce malého rozsahu s názvem

Pořízení sestavy pro optické snímání pohybu – Výstavba a modernizace FI a ÚVT.

Dotaz č. 1

V zadání není jasný předmět snímání. Vaše zadání „Snímání celého těla“ je hodně, v tomto systému relativní. Prosíme upřesnit, zda-li požadujete snímání pouze pozice těla (rigid body tracking, object tracking). Žádáme o podrobnější specifikaci.

Dotaz č. 2

Uvádíte, aby systém byl konfigurovatelný pro práci s různým počtem kamer v rozsahu 3-24. Přitom jich poptáváte jenom 16. Znamená to, že chcete 24 kamer nebo stačí jen 16? Žádáme o bližší vysvětlení zadání.

Dotaz č. 3

V zadání je uvedeno, že potřebujete sledovat alespoň 8 objektů současně, přitom ani 24 kamerami nelze snímat 8 lidí najednou. Žádáme upřesnit zadání ve smyslu, co považujete za objekty.

Dotaz č. 4

V zadání není specifikace instalace. Žádáme tedy upřesnit, zda-li se jedná o fixní instalaci (je tedy znát další informace) či ne.

Dotaz č. 5

V zadání není specifikace počtu markerů. Žádáme o specifikaci počtu.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Požadujeme, aby byl systém schopen snímat:

- jak pevné objekty - jejich pozici i orientaci - tedy rigid body tracking,
- tak pozici jednotlivých markeru na těle (běžná technika for full-body tracking)

Dotaz č. 2

Požadujeme alespoň 16 kamer. Požadavek na rozsah 3 - 24 je opět spíše SW záležitostí - tak aby byl SW (ale samozřejmě i HW) připraven na konfiguraci v rozsahu 3 až alespoň 24 kamer. Důvodem je, abychom případně v budoucnu mohli pořídit další kamery a mohli je do systému přidat bez nutnosti měnit SW či HW.

Dotaz č. 3

Se skupinou značek umístěných na Rigid Body Base lze spojit zvolený rigidní objekt a sledovat jeho polohu i orientaci v prostoru. Systém musí umožnit sledovat alespoň 8 objektů současně. Nejedná se o 8 lidí. V případě snímání osob požadujeme snímat alespoň dvě osoby.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že instalace či montáž věci a její zprovoznění není předmětem smlouvy. Kamery plánuje zadavatel rozmístit na stropě a na stěnách, tj. systém by měl odpovídat požadavkům na fixní instalaci.

Dotaz č. 5

min. 50 ks menších (3 mm) markerů

min. 50 ks větších (4 mm) markerů

min. 10 ks Marker Base: Rigid Body Base (nosic markerů),

min 2 sady reflexních bodů (adhezni vrstva umožňuje přilepit na různé povrchy)

S ohledem na to, že odpovědi na dotaz č. 1 a č. 5 upravuje zadavatel technickou specifikaci věci, tj. přílohu č. 1 smlouvy, přikládá tedy přílohu A – Obchodní podmínky jako přílohu této dodatečné informace č. 1 k danému výběrovému řízení. Konkrétně se jedná o Předlohu návrhu kupní smlouvy včetně přílohy č. 1 – Technická specifikace věci a přílohy č. 2 – Dodací list, v které dochází pouze k drobné úpravě Přílohy č. 1 – Technická specifikace věci, v návaznosti na tuto dodatečnou informaci č. 1.

Uchazeči jsou povinni přiložit do nabídky aktuální Přílohu A – Obchodní podmínky včetně příloh dle znění v příloze této dodatečné informace č. 1.

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlužuje do 1. 10. 2014, do 10:00 hodin. V souvislosti s touto skutečností zadavatel také rozhodl o posunutí termínu **otevírání obálek, a to na 1. 10. 2014 od 10:00 hodin** (tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek). Místo otevírání obálek zůstává beze změny.

Přílohy:

FI_CERIT_opticke snimani pohybu_kupni smlouva_uprava dle DI 1

V Brně 23. září 2014

V Z.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek