

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 10. října 2014

Č.j. MU-ZAK/100092/2014/166754/LF-2

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Laminární box pro Biologický ústav LF MU II“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnout tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

- 1) Ve specifikaci přístroje „**Laminární box**“ dochází ke změně technické specifikace a technických požadavků zadavatele na přístroj. Zadavatel se rozhodl změnit parametr **Vnější rozměry laminárního boxu - vnější výška** z původně požadované hodnoty parametru maximálně 1300 mm na novou hodnotu tohoto parametru **maximálně 1600 mm**.

Nově je tedy maximální hodnota parametru pro **Vnější rozměry laminárního boxu - vnější výšku stanovena na maximálně 1600 mm**.

Změna technické specifikace je níže v tabulce vyznačena šedou barvou, psaná kurzívou a podtržena:

Vnější rozměry laminárního boxu	
vnější šířka	maximálně 2000 mm
vnější hloubka	maximálně 800 mm
vnější výška	<i>maximálně 1600 mm</i>

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové)



dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky zadavatele“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

2) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy
- 2) Příloha C - Technické podmínky zadavatele

