



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Veřejná zakázka: **Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214 – ČÁST 1 – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím**

Název projektu: Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

Reg. č. projektu: LO1214

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení přístroje - plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím, jeho instalace na místě a zaškolení obsluhy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je dán technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky, případně dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními včetně platebních. Způsob kontroly řádného naplnění potřeb zadavatele, jež je předmětnou veřejnou zakázkou sledováno, jakož i práva zadavatele v případě, že plnění veřejné zakázky nebude odpovídat kvalitě požadované zadavatelem, jsou rovněž upraveny v obchodních podmínkách. Místem plnění veřejné zakázky je Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

3.440.500,- Kč bez DPH

Uchazeč je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka rozdělená na 7 částí v souladu s § 98 zákona.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Část veřejné zakázky	1 - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím
Pořadové číslo nabídky	3a
Uchazeč	Pragolab s.r.o.

Sídlo	Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
IČ	48029289
Nabídková cena	3.440.500,- Kč bez DPH
Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua	ANO
Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků	ANO
Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje	ANO
Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 10 %
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 10 %
Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok	ANO

5. Identifikační údaje uchazečů včetně jejich nabídkových cen:

Část veřejné zakázky	1 - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím
Pořadové číslo nabídky	1a
Uchazeč	HPST, s.r.o.
Sídlo	Písnická 372/20, 142 00 Praha 4
IČ	62914511
Nabídková cena	3.580.995,42 Kč bez DPH

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214

Část 1 – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím

Pisemná zpráva zadavatele

Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua	NE
Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků	ANO
Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje	ANO
Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 35 %
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 35 %
Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok	ANO

Část veřejné zakázky	1 - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím
Pořadové číslo nabídky	2a
Uchazeč	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
Sídlo	Slunečná 27/3239, 100 00 Praha 10
IČ	45270970
Nabídková cena	3.680.000,- Kč bez DPH
Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua	ANO
Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků	ANO
Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač	ANO

pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje	
Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	NE
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	NE
Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok	NE

Část veřejné zakázky	1 - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím
Pořadové číslo nabídky	3a
Uchazeč	Pragolab s.r.o.
Sídlo	Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
IČ	48029289
Nabídková cena	3.440.500,- Kč bez DPH
Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua	ANO
Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků	ANO
Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje	ANO
Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému	ANO

Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 10 %
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 10 %
Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok	ANO

6. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný z uchazečů o veřejnou zakázku nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 a násl. zákona provedla hodnocení nabídek. Hodnotící komise ověřila údaje o výši nabídkových cen v uvedených nabídkách a ověřila i další hodnoty, které jsou předmětem hodnotících kritérií. Hodnotící komise hodnotila nabídky dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle následujících hodnotících kritérií uvedených v článku 11 zadávací dokumentace následovně:

Dílčí hodnotící kritéria:

Nabídková cena		Váha
A.	Nabídková cena v Kč bez DPH	63 %
Technická úroveň nabízeného plnění		Váha
B.	Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua	10 %
C.	Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků	10 %
D.	Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje	3 %
Servisní a aplikační podpora		Váha
E.	Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému	4 %
F.	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	2 %
G.	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	2 %
H.	Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok	6 %

Kritérium č. 1: Nabídková cena v Kč bez DPH
Váha: 63 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Cena Kč bez DPH	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	3 580 995,42	96,08	60,53
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	3 680 000,00	93,49	58,90
3.	Pragolab s.r.o.	3 440 500,00	100,00	63,00

Kritérium č. 2: Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua
Váha: 10 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	0,00	0,00	0,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	100,00	100,00	10,00
3.	Pragolab s.r.o.	100,00	100,00	10,00

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria B. *Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua* posuzovala, zda přístroj navíc umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua. U tohoto číselně nevyjádřitelného kritéria, tj. B. Technické řešení systému umožňuje výměnu iontového zdroje včetně optiky bez porušení vakua, hodnotící komise hodnotila ANO/NE, v případě ANO přiřadila maximální počet bodů, tj. 100 bodů, v případě NE přiřadila minimální počet bodů, tj. 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – NE, tj. hodnotící komise přidělila 0 bodů

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Kritérium č. 3: Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků
Váha: 10 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	100,00	100,00	10,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	100,00	100,00	10,00
3.	Pragolab s.r.o.	100,00	100,00	10,00

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria C. *Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků* posuzovala, zda přístroj navíc umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků. U tohoto číselně nevyjádřitelného kritéria, tj. C. Technické řešení systému umožňuje přímý vstup do iontového zdroje pro analýzu vzorků, hodnotící komise hodnotila ANO/NE, v případě ANO přiřadila maximální počet bodů, tj. 100 bodů, v případě NE přiřadila minimální počet bodů, tj. 0 bodů.



Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Kritérium č. 4: Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje

Váha: 3 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	100,00	100,00	3,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	100,00	100,00	3,00
3.	Pragolab s.r.o.	100,00	100,00	3,00

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria D. *Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje* posuzovala, zda technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje. U tohoto číselně nevyjádřitelného kritéria, tj. D. *Technické řešení systému s přímým vstupem umožňuje rozšíření o dávkovač pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje*, hodnotící komise hodnotila ANO/NE, v případě ANO přiřadila maximální počet bodů, tj. 100 bodů, v případě NE přiřadila minimální počet bodů, tj. 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Kritérium č. 5: Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému

Váha: 4 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	100,00	100,00	4,00

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214

Část 1 – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím

Pisemná zpráva zadavatele

2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	100,00	100,00	4,00
3.	Pragolab s.r.o.	100,00	100,00	4,00

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria E. Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému posuzovala, zda uchazeč uvedenou podporu v rámci plnění nabízí či nikoliv. U tohoto číselně nevyjádřitelného kritéria, tj. E. Podpora při vývoji metod GC-MS a vývoji sekvencí automatizované přípravy vzorků včetně aplikačních listů na místě dodání v rozsahu 8 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 2 - 5 osob v prvních dvou letech po dodání systému, hodnotící komise hodnotila ANO/NE, v případě ANO přiřadila maximální počet bodů, tj. 100 bodů, v případě NE přiřadila minimální počet bodů, tj. 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Kritérium č. 6: Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy

Váha: 2 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	35,00	100,00	2,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	0,00	0,00	0,00
3.	Pragolab s.r.o.	10,00	28,57	0,57

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria F. Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy posuzovala, zda a jak velkou slevu z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy bude uchazeč garantovat. Komise lépe hodnotila vyšší % slevu. Nejvyšší sleva obdržela 100 bodů, nižší slevy byly hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Žádná sleva = 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, 35 %

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – NE, tj. hodnotící komise přidělila 0 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, 10 %

Kritérium č. 7: Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy

Váha: 2 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
---------------	-------------------	---	------------------------	-------------------------------

		body		
1.	HPST s.r.o.	35,00	100,00	2,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	0,00	0,00	0,00
3.	Pragolab s.r.o.	10,00	28,57	0,57

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria G. Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy posuzovala, zda a jak velkou slevu z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy bude uchazeč garantovat. Komise lépe hodnotila vyšší % slevu. Nejvyšší sleva obdržela 100 bodů, nižší slevy byly hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Žádná sleva = 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, 35 %

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – NE, tj. hodnotící komise přidělila 0 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, 10 %

Kritérium č. 8: Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok

Váha: 6 %

Číslo nabídky	Hodnocený uchazeč	Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok body	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1.	HPST s.r.o.	100,00	100,00	6,00
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	0,00	0,00	0,00
3.	Pragolab s.r.o.	100,00	100,00	6,00

Hodnotící komise v rámci hodnocení kritéria H. Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok posuzovala, zda uchazeč uvedenou podporu v rámci plnění nabízí či nikoliv. U tohoto číselně nevyjádřitelného kritéria, tj. H. Bezplatný servis celé dodávky, který bude po dobu 3 let od dodání sestávat z preventivní údržby včetně náhradních dílů, a to maximálně jednou za rok, hodnotící komise hodnotila ANO/NE, v případě ANO přiřadila maximální počet bodů, tj. 100 bodů, v případě NE přiřadila minimální počet bodů, tj. 0 bodů.

Uchazeč HPST s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Uchazeč Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. – NE, tj. hodnotící komise přidělila 0 bodů

Uchazeč Pragolab s.r.o. – ANO, tj. hodnotící komise přidělila 100 bodů

Výsledná souhrnná tabulka hodnotících kritérií:

P.č	Uchazeč	Kritérium č.1	Kritérium č.2	Kritérium č.3	Kritérium č.4	Kritérium č.5	Kritérium č.6	Kritérium č.7	Kritérium č.8	SOUČET
1.	HPST s.r.o.	60,53	0,00	10,00	3,00	4,00	2,00	2,00	6,00	87,53
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	58,90	10,00	10,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	85,90
3.	Pragolab s.r.o.	63,00	10,00	10,00	3,00	4,00	0,57	0,57	6,00	97,14

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214

Část 1 – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a příslušenstvím

Pisemná zpráva zadavatele



Na základě hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky ceny bylo dle výše uvedeného bodového hodnocení hodnotící komisí stanoveno následující pořadí uchazečů o veřejnou zakázku:

Pořadí nabídek	Uchazeč	Celkový počet bodů
1.	Pragolab s.r.o.	97,14
2.	HPST s.r.o.	87,53
3.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	85,90

Nabídka uchazeče **Pragolab s.r.o.** je nabídkou s nejvyšším počtem bodů dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky popsaného v ustanovení článku 11 zadávací dokumentace. Členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, protože nabídka splnila všechny požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a dle bodového výsledku se jedná o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

8. Datum podpisu smlouvy: 13. 10. 2014

V Brně dne 13. 10. 2014

.....
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU