

Dodatečné informace 1

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC,**
sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 5.**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

I. Žádost uchazeče č. 1:

Rádi bychom se informovali, zdali vzhledem k poptávané kapacitě min. 3000 ml je pro Vás akceptovatelná hloubka centrifugy 650 mm, tj. +50 mm.

Odpověď zadavatele č. 1:

Rozměry preparační centrifugy uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, byly zadavatelem zvoleny na základě technických specifikací instalovaných laboratorních stolů v kompromisu s uživatelskou ergonomií.

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti upřesňuje, že **tolerance pro hloubku preparační centrifugy je +70 mm/-100 mm, tj. 500 až 670 mm, za předpokladu, že nebude překročena maximální přípustná hmotnost** (viz odpověď zadavatele č. 2).

II. Žádost uchazeče č. 2:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů.

1) Trváte na hloubce centrifugy do 600 mm? Mohli byste akceptovat hloubku 650 mm s tím, že centrifuga může přechýlávat podložku a vejde se tedy na stůl hluboký 600 mm?

2) Trváte na hmotnosti centrifugy do 60 kg? Centrifugu budete používat k centrifugaci velkých objemů a nízká hmotnost centrifugy by byla spíše na škodu vzhledem ke stabilitě, vibracím apod. Mohli byste akceptovat hmotnost 75 kg?

3) Trváte na 10 rychlostech decelerace? Mohli byste akceptovat 9 rychlostí decelerace, stejně tak jako je 9 rychlostí akceleraace? 9 rychlostí akceleraace i decelerace je dostatečné pro naprostou většinu aplikací.

4) Trváte na celkové kapacitě centrifugy 3000 ml? Požadujete rotor se 4 závěsy, každý s kapacitou 600 ml, tj. 4 x 600 ml = 2400 ml. Mohli byste akceptovat celkovou kapacitu 2400 ml? Větší kapacitu stejně nebudete moci využít.

Odpověď zadavatele č. 2:

- 1) Viz odpověď zadavatele č. 1.
- 2) Administrativním pochybením došlo k překlepu při stanovení maximální přípustné hmotnosti preparační centrifugy.

Maximální přípustná hmotnost centrifugy je 90 kg.

- 3) **Zadavatel trvá na požadavku na 10 rychlostí preparační centrifugy pro deceleraci** za účelem dosažení jemnějšího krok při zpomalení, čímž se omezí turbulentní proudění, které má značný vliv na víření usazených nanočástic.
 - 4) **Zadavatel trvá na celkové kapacitě minimálně 3 000 ml** s ohledem na parametry jím prováděných syntéz. Požadavek na minimální celkový separovaný objem považuje zadavatel za podstatný; jedná se o součet běžně separovaného objemu suspenze a „mrtvého“ objemu, který zabezpečí, že suspenze, resp. supernatant zůstane v kyvetě a nevyteče do závěsu. S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na požadavku na celkovou kapacitu minimálně 3 000 ml, přičemž jeden závěs má sloužit pro kyvetu o minimálním objemu 600 ml. Tzn. že zařízení při objemu kyvety 600 ml musí mít min. 5 závěsů, resp. při 4 závěsech objem 750 ml.
- III. Zadavatel v návaznosti na výše uvedené předkládá **uchazečům aktualizovanou verzi přílohy č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace**. Uchazeči ve svých nabídkách předloží v souladu se zadávacími podmínkami doplněnou aktualizovanou verzi přílohy č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace.
- IV. **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím související úprava zadávacích podmínek**
- 1) S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 16. 3. 2015 do 10:00 hod.**
 - 2) Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s § 71 odst. 4 ZVZ dne 16. 3. 2015 v 10:00 hod., v zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity, na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, č. 445.
 - 3) Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena do konce dubna 2015 v závislosti na ukončení zadávacího řízení.

V Brně dne 19. 1. 2015

Mgr. Jana Zikmundová
Manažerka veřejných zakázek