

Dodatečné informace 2

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC**, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 5.**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace 2:

I. Žádost uchazeče:

Rád bych položil následující dotaz k Dodatečným informacím č. 1 - Odpověď zadavatele č. 2 – bod 4)

Mohli byste prosím specifikovat, jaký objem kapaliny chcete odstředovat najednou? 4 x 600 ml = 2400 ml nebo 4 x 750 ml = 3000 ml?

Kyvety obou typů jsou opatřeny šroubovacími víčky, takže vylití do závěsu v žádném případě nehrozí. Kapacita centrifugy je vždy udávána v objemu kapaliny, žádný výrobce neudává kapacitu včetně „mrtvého“ objemu.

Pakliže byste chtěli odstředovat 4 x 750 ml kapalného vzorku, bylo by potřeba nabídnout větší centrifugu, než jste asi původně zamýšleli, a která nebude splňovat Vaše další požadavky. Lze v takovém případě nabídnout centrifugu s rozměry (š x h x v) 554 x 706 x 456 mm, hlučností 68 dB a otáčkami 4600 ot./min?.

Odpověď zadavatele:

Předně zadavatel uvádí, že **nabídka uchazeče**, podaná do zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce, **musí splňovat všechny technické požadavky zadavatele vymezené v zadávacích podmínkách**, zejména v příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, **ve znění dodatečných informací 1 ze dne 19. 1. 2015.**

K výše uvedené žádosti uchazeče zadavatel uvádí, že otázkou celkové kapacity a maximálních přípustných rozměrů poptávaného zařízení se zabýval již v dodatečných informacích 1 ze dne 19. 1. 2015.

Přípustné objemy jsou 5x600 ml, 6x600 ml a 4x750 ml či větší za současného splnění všech ostatních technických požadavků zadavatele vymezených v zadávacích podmínkách.

Ve smyslu výše uvedeného tedy není možné nabídnout zařízení, které nebude splňovat jakýkoliv technický požadavek zadavatele, tzn. není možné nabídnout zařízení větších rozměrů, vyšší hlučnosti, či nižší rychlosti otáčení, než je zadavatelem požadováno.

- II. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Lhůta pro podání nabídek tedy zůstává stanovena na **16. 3. 2015 do 10:00 hod.**

V Brně dne 3. 2. 2015

Mgr. Jana Zikmundová
Manažerka veřejných zakázek