

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

vyhotovená podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a

v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,

v rámci otevřeného řízení na zadání veřejné zakázky s názvem

„Vybavení pro separaci komplexních proteinových vzorků s návazným cíleným sledováním vybraných proteinů hmotnostní spektrometrií“

Název Zadavatele:	Masarykova univerzita
VŠ pracoviště:	Centrální řídicí středisko projektu CEITEC
Sídlo:	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zástupce:	Markus Dettenhofer, Ph.D., výkonný ředitel projektu CEITEC

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodání zboží, kterým se pro účely této zakázky rozumí vybavení pro přípravu proteinového vzorku, jeho frakcionaci s následnou cílenou identifikací proteinů pomocí hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu, včetně příslušenství nutného k jeho správné funkci.

Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma/název/jméno	Pragolab s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha 9
Jednatel / zástupce	Ing. Ladislav Náměstek, jednatel
IČ	48029289
Nabídková cena (bez DPH)	7 481 214,00 Kč bez DPH
Rozsah průtokové rychlosti [ml/min]	0,05-8 ml/min
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa]	103,4 MPa
Rozsah hmot [m/z]	10-1850 Da
Lineární dynamický rozsah	6 řádů
Rozlišení Q1 a Q2	0,2 Da
Maximální skenovací rychlost [amu/s]	15 000 amu/s

Maximální počet SRM/s	500 SRM/s
Celkový počet SRM v jedné analýze	30 000 SRM

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma/název/jméno	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Slunečná 3239/27, 100 00 Praha 10
Jednatel / zástupce	Ing. Petr Verner, CSc., jednatel
IČ	45270970
Nabídková cena (bez DPH)	7 452 458,00 Kč bez DPH
Rozsah průtokové rychlosti [ml/min]	0,05-8 ml/min
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa]	103,4 MPa do 5 ml/min a 80 MPa do 8 ml/min
Rozsah hmot [m/z]	10-1850 Da
Lineární dynamický rozsah	6 řádů
Rozlišení Q1 a Q2	0,2 Da
Maximální skenovací rychlost [amu/s]	15 000 amu/s
Maximální počet SRM/s	500 SRM/s
Celkový počet SRM v jedné analýze	30 000 SRM

III. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY vč. VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

1) HODNOCENÍ NABÍDEK - OBECNĚ

Komise přistoupila k hodnocení nabídek podle základního kritéria, kterým byla v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. a) Zákona a zadávacími podmínkami ekonomická výhodnost nabídky dle následujících hodnotících kritérií:

Hodnotící kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena	60 %
Technické a funkční vlastnosti	40 %

Hodnocení bylo provedeno způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Pro hodnocení nabídek hodnotící komise použila bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, přičemž přidělení bodů v jednotlivých hodnotících kritériích bylo provedeno dále popsaným způsobem.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů.

Celkový počet bodů, které jednotlivé nabídky obdrží, je dán součtem bodových ohodnocení získaných v dílčích hodnotících kritériích vynásobených vahou příslušného dílčího kritéria.

2) HODNOCENÍ NABÍDEK – NABÍDKOVÁ CENA

V rámci tohoto hodnotícího kritéria byla hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH pro celý předmět části zakázky, a to dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nabídka s nejnižší cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

Výsledky jsou zaneseny v níže uvedené tabulce:

Číslo nab.	Uchazeč	Cena v Kč bez DPH	Počet bodů	Váha kritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	7 481 214,00	99,61	60 %	59,76
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	7 452 458,00	100	60 %	60

3) HODNOCENÍ NABÍDEK – TECHNICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI

V rámci tohoto kritéria budou hodnotící komisí hodnoceny hodnoty vybraných parametrů uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, u nichž je stanovena váha v procentech (viz sloupec D v tabulkovém editoru). Počet bodů, které nabídky v jednotlivých parametrech obdrží, bude vypočten podle následujících vzorců:

- V případě, že je pro zadavatele **výhodnější vyšší hodnota daného parametru**:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}} \times 100$$

- V případě, že je pro zadavatele **výhodnější nižší hodnota daného parametru**:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$$

a) Rozsah průtokové rychlosti [ml/min]

Výsledky jsou zaneseny v níže uvedené tabulce:

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	0,05-8	100	20 %	20
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	0,05-8	100	20 %	20

b) Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa]

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	103,4	100	10 %	10
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	103,4	100	10 %	10

c) Rozsah hmot [m/z]

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	10-1850	100	20 %	20
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	10-1850	100	20 %	20

d) Lineární dynamický rozsah

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	6	100	10 %	10
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	6	100	10 %	10

e) Rozlišení Q1 a Q2

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	0,2	100	10 %	10
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	0,2	100	10 %	10

f) Maximální skenovací rychlost [amu/s]

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	15 000	100	20 %	20
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	15 000	100	20 %	20

g) Maximální počet SRM/s

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	500	100	5 %	5
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	500	100	5 %	5

h) Celkový počet SRM v jedné analýze

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídka uchazeče	Počet bodů	Váha subkritéria	Vážená bod. hodnota
1.	Pragolab s.r.o.	30 000	100	5 %	5
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	30 000	100	5 %	5

Celkové výsledky v rámci kritéria technické a funkční vlastnosti jsou zaneseny v níže uvedené tabulce:

Číslo nab.	Uchazeč	Počet bodů za technické a funkční vlastnosti	Váha kritéria technické a funkční vlastnosti	Vážená bod. hodnota a) - h) celkem
1.	Pragolab s.r.o.	100	40 %	40
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	100	40 %	40

4) HODNOCENÍ NABÍDEK – CELKOVÉ

Celkový počet bodů, které jednotlivé nabídky obdržely, je dán součtem bodových ohodnocení získaných v dílčích hodnotících kritériích vynásobených vahou příslušného dílčího kritéria.

Výsledky jsou zaneseny v níže uvedené tabulce:

Číslo nab.	Uchazeč	Nabídková cena	Technické parametry	Součet bodů
1.	Pragolab s.r.o.	59,76	40	99,76
2.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.	60	40	100

5) KONEČNÉ POŘADÍ

Na základě posouzení a hodnocení nabídek doručených do výše uvedeného zadávacího řízení dospěla jmenovaná hodnotící komise na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídek, v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 Zákona k následujícímu pořadí nabídek:

Pořadí	Uchazeč	Celkový počet bodů
1.	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o	100
2.	Pragolab s.r.o.	99,76

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma/název/jméno	Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Slunečná 3239/27, 100 00 Praha 10
Jednatel / zástupce	Ing. Petr Verner, CSc., jednatel
IČ	45270970
Nabídková cena (bez DPH)	7 452 458,00 Kč bez DPH
Rozsah průtokové rychlosti [ml/min]	0,05-8 ml/min
Horní limit tlakového rozsahu gradientové pumpy [MPa]	103,4 MPa do 5 ml/min a 80 MPa do 8 ml/min
Rozsah hmot [m/z]	10-1850 Da
Lineární dynamický rozsah	6 řádů
Rozlišení Q1 a Q2	0,2 Da
Maximální skenovací rychlost [amu/s]	15 000 amu/s
Maximální počet SRM/s	500 SRM/s
Celkový počet SRM v jedné analýze	30 000 SRM

V. SEZNAM VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ A ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ

Nerelevantní.

VI. INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH

Ke dni vyhotovení této zprávy je zadavateli známo, že zakázka bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky. Zadavateli však není známa hodnota nebo poměrná část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky.

VII. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Nerelevantní.

V Brně dne 10. 2. 2015



Markus Dettenhofer, Ph.D.,
výkonný ředitel projektu CEITEC