

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 26. 2. 2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mikroskopy pro CEITEC MU II. – část 1“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 23. 2. 2015 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon), následující odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz

*Dobrý den,
zasíláme dotaz:*

Rádi bychom se informovali, zda je nezbytně nutné dodržet maximální rozměry přístroje, hlavně tedy výšku mikroskopu 480 mm? Námi nabízený mikroskop má celkovou výšku 556 mm, je tato výška akceptovatelná?

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na všech požadovaných rozměrech přístroje, tedy i na maximální výšce. Místo v laboratoři, kde má mikroskop stát, je značně omezené, tudíž je výška jedním z limitujících faktorů při výběru mikroskopu.

S pozdravem

Mgr. Hana Sanetříková
Administrátorka veřejných zakázek
CEITEC MU