
**Veřejná zakázka
„Univerzitní kampus – systém pro diagnostiku a rozvoj rovnováhových schopností“**

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Žádost č. 1 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Požadujeme upřesnit umístění plošin v laboratoři a specifikovat současné provedení laboratoře (podlahová krytina). Požadujeme upřesnit rozměrové požadavky na zvýšenou podlahu kolem plošin.“

Odpověď Zadavatele na žádost č. 1 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel sděluje, že zařízení bude umístěno v místnosti č. 123 pavilonu A 34 Fakulty sportovních studií. Rozměry místnosti a předpokládané umístění plošin jsou uvedeny na přiloženém výkresu (umístění plošin lze po dohodě se zadavatelem upravit, podmínkou je umístění první plošiny nejméně tři kroky od startovního bodu měřicí dráhy). Stávající podlaha v místnosti je betonová s nalepeným marmoleem.

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky plošiny byly i potřebné úpravy podlahy v místnosti (odstranění marmolea v prostoru pod plošinami, je-li to pro jejich funkci potřebné, demontáž laboratorních skříní umístěných v místnosti, zvednutí podlahy v celé místnosti s výjimkou prostoru u dveří na úroveň plošin (ocelová nebo dřevěná konstrukce a nášlapné desky garantující minimální průhyb při doskoku cvičícího, neklouzavý povrch) včetně plynulého přechodu ze stávající podlahy u dveří do místnosti, zpětná montáž laboratorních skříní).

V souvislosti s uvedeným rozšířením dodávky prodlužuje zadavatel lhůtu pro realizaci veřejné zakázky na 45 dnů od uzavření smlouvy. Upravená předloha návrhu smlouvy nahrazující předlohu smlouvy ze zadávací dokumentace je součástí této dodatečné informace.

V Brně 20.6.2011

Ing. Jiří Richter
pověřen vedením odboru veřejných zakázek
Masarykova univerzita

