

Dodatečné informace 1

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC**, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 6.**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje na základě ustanovení § 49 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), následující dodatečné informace:

1) Žádost uchazeče 1:

Pro konfigurace 1 popř. 2 a 3 popř. 4 (chlazená verze) jsou 1/ požadavky na rpm / RCFxg velice podobné avšak požadavky na rozměry centrifugy jsou jiné. Lze zadavatelem akceptovat půdorysné rozměry 310x418 mm a výšku s otevřeným víkem do 530 mm (konf. 1 a 2) pro konfiguraci 3 a 4 půdorysné rozměry : 310 x 660 mm a výšku s otevřeným víkem do 550 mm ?

Odpověď zadavatele 1:

Zadavatel vymezil technické podmínky ve smyslu ustanovení § 45 a násl. ZVZ v Technické specifikaci věci, která je součástí návrhů smluv, které tvoří přílohy č. 1a a 1b zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče musí splňovat všechny v příloze č. 1 návrhů smluv, Technická specifikace věci, zadavatelem požadované parametry. Zadavatel vymezil technické podmínky předmětu veřejné zakázky na základě informací získaných z průzkumu trhu a zejména s ohledem na svoje skutečné objektivní potřeby a specifika svého pracoviště včetně rozměrů prostor zadavatele, ve kterých bude předmět veřejné zakázky umístěn.

S ohledem na výše uvedené zadavatel **požaduje, aby nabídka uchazeče splňovala všechny parametry uvedené v příloze č. 1 návrhů smluv, Technická specifikace věci. Zadavatel tedy nepřipouští změnu rozměrů jednotlivých konfigurací předmětu veřejné zakázky.**

2) Žádost uchazeče 2:

Pro konfigurace 6; 7 a 9 je požadován rotor 48x1,5/2 ml bude zadavatel akceptovat rotor 30x1,5/2 ml při dodržení všech ostatních parametrů?

Odpověď zadavatele 2:

Zadavatel vymezil technické podmínky ve smyslu ustanovení § 45 a násl. ZVZ v Technické specifikaci věci, která je součástí návrhů smluv, které tvoří přílohy č. 1a a 1b zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče musí splňovat všechny v příloze č. 1 návrhů smluv, Technická specifikace věci, zadavatelem požadované parametry. Zadavatel nepřipouští změnu kapacity rotoru konfigurace 6, 7 a 9 předmětu veřejné zakázky, jelikož by došlo k pro

zadavatele neakceptovatelnému snížení kapacity rotoru, která by neodpovídala objektivním potřebám zadavatele na využití centrifugy, a zároveň by došlo k nepřipustnému zvýšení časové náročnosti pro přípravu analýz.

S ohledem na výše uvedené zadavatel **požaduje, aby nabídka uchazeče splňovala všechny parametry uvedené v příloze č. 1 návrhů smluv, Technická specifikace věci. Zadavatel tedy nepřipouští změnu kapacity rotoru jednotlivých konfigurací předmětu veřejné zakázky.**

- 3) Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek tedy zůstává stanovena na 23. 4. 2015 v 10:00 hod.

V Brně dne 25. 3. 2015

Mgr. Jana Zikmundová,
manažerka veřejných zakázek