

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno**

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 5.**

Název projektu: **CEITEC – středoevropský technologický institut**

Reg.č. projektu: **CZ.1.05/1.1.00/02.0068**

V souladu s ustanovením § 85 ZVZ, vyhotovil zadavatel o shora uvedené veřejné zakázce písemnou zprávu.

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodání preparační centrifugy včetně rotoru, výkyvných závěsů, kyvet a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky bude sloužit k separaci připravených částicových materiálů. Podrobný popis a specifikace předmětu veřejné zakázky je uveden v Technické specifikaci, které tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

2. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Otevřené řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÉ CENY

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma uchazeče	NEOTEC, spol. s r.o.
Sídlo	Praha 5, Jinonická 804/80, PSČ 15800
IČ	14893703
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným

Nabídková cena	199.700,- Kč bez DPH
----------------	----------------------

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma uchazeče	TRIGON PLUS spol. s r.o.
Sídlo	Říčany u Prahy, Čestlice 93, okres Praha-východ, PSČ 2510100
IČ	46350110
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	139.200,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma uchazeče	MERCI, s.r.o.
Sídlo	Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700
iČ	46966447
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	170.939,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	4
Obchodní firma uchazeče	Fisher Scientific, spol. s r.o.
Sídlo	Pardubice, Kosmonautů 324
IČ	45539928
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	168.785,48,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	5
Obchodní firma uchazeče	KAITRADE spol. s r.o.
Sídlo	Praha 10, Sluštická 22
IČ	45801096
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	142.200,- Kč bez DPH

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

- a) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče **NEOTEC, spol. s r.o.**, sídlem Praha 5, Jinonická 804/80, PSČ 15800, IČ 14893703, (dále jen „uchazeč NEOTEC, spol. s r.o.“), z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce, a to z následujících důvodů.

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče dle ustanovení § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Po posouzení nabídky uchazeče NEOTEC, spol. s r.o. dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka toho uchazeče vykazuje následující nedostatky.

Dle čl. X. odst. 4) zadávací dokumentace měl uchazeč v nabídce předložit vyplněnou technickou specifikaci, tj. tabulku o splnění technických a funkčních požadavků a dále byl uchazeč oprávněn doložit vlastní technickou specifikaci či vlastní popis dodávané věci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nedoložení vlastní technické specifikace věci nebude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázané splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Uchazeč NEOTEC, spol. s r.o. do své nabídky vložil vyplněnou technickou specifikaci, ve které mj. uvádí, že nabízí zařízení s označením ThermoScientific SORVALL ST 40. Stejně tak do své nabídky uchazeč NEOTEC, spol. s r.o. vložil vlastní technickou specifikaci nabízeného plnění, tj. podrobný technický popis zařízení ThermoScientific SORVALL ST 40. Hodnotící komise provedla kontrolu předložené technické specifikace a konstatovala, že jedním z požadavků na preparační centrifugu byly její rozměry, které zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci a jejich přílohách ve spojení s dodatečnými informacemi 1 ze dne 19. 1. 2015 následujícím způsobem:

Požadované technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
šířka × hloubka × výška; výška otevřené víko (tolerance pro šířku a výšku ±100 mm, tolerance pro hloubku +70mm/-100mm, tolerance pro výšku otevřeného víka -100 mm)	450 x 600 x 350; 900 mm

Uchazeč NEOTEC, spol. s r.o. v příslušném řádku technické specifikace nabízeného plnění uvedl „565 x 670 x 360; 900 mm“. Totožná informace je obsažena ve vlastní technické specifikaci nabízeného

plnění, ve které jsou uvedeny rozměry: Výška při otevřeném víku: 90 cm, výška při zavřeném víku: 36 cm, šířka: 56,5 cm, hloubka: 67 cm, a to jak v české, tak v anglické verzi vlastní technické specifikace nabízeného plnění.

Z uchazečem NEOTEC, spol. s r.o. uvedených rozměrů vyplývá, že jím nabízené plnění nesplňuje maximální přípustnou šířku. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že poptávaná preparační centrifuga může mít šířku 450 mm \pm 100 mm. Hodnotící komise si uchazečem uvedené údaje ověřila s údaji uváděnými výrobcem zařízení ThermoScientific SORVALL ST 40 dostupnými z veřejně dostupných zdrojů (viz <http://www.thermoscientific.com/en/product/sorvall-st-40-centrifuge-series.html>). Výrobce zařízení ThermoScientific SORVALL ST 40 na svých stránkách uvádí následující rozměry zařízení ThermoScientific SORVALL ST 40: h x š x v = 67 x 56.5 x 36 cm, tzn. rozměry, které odpovídají rozměrům uvedeným v nabídce uchazeče NEOTEC, spol. s r.o.

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče NEOTEC, spol. s r.o. nespĺnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče NEOTEC, spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.

- b) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče **TRIGON PLUS spol. s r.o.**, sídlem Říčany u Prahy, Čestlice 93, okres Praha-východ, PSČ 25101, IČ 46350110, (dále jen „uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o.“), z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce, a to z následujících důvodů.

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče dle ustanovení § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Po posouzení nabídky uchazeče TRIGON PLUS spol. s r.o. dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka toho uchazeče vykazuje následující nedostatky.

Dle čl. X. odst. 4) zadávací dokumentace měl uchazeč v nabídce předložit vyplněnou technickou specifikaci, tj. tabulku o splnění technických a funkčních požadavků a dále byl uchazeč oprávněn doložit vlastní technickou specifikaci či vlastní popis dodávané věci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nedoložení vlastní technické specifikace věci nebude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázáno splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Uchazeč do TRIGON PLUS spol. s r.o. své nabídky vložil vyplněnou technickou specifikaci, ve které mj. uvádí, že nabízí zařízení s označením Megafuge 40. Stejně tak do své nabídky uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. vložil vlastní technickou specifikaci nabízeného plnění, tj. podrobný technický popis zařízení Megafuge 40. Hodnotící komise provedla kontrolu předložené technické specifikace a konstatovala, že jedním z požadavků na preparační centrifugu byly její rozměry, které zadavatel vymežil v zadávací dokumentaci a jejích přílohách ve spojení s dodatečnými informacemi 1 ze dne 19. 1. 2015 následujícím způsobem:

Požadované technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
šířka x hloubka x výška; výška otevřené víko (tolerance pro šířku a výšku \pm 100 mm, tolerance pro hloubku +70mm/-100mm, tolerance pro výšku otevřeného víka -100 mm)	450 x 600 x 350; 900 mm

Uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. v příslušném řádku technické specifikace nabízeného plnění uvedl „550 x 670 x 360; 900“. Totožná informace je obsažena ve vlastní technické specifikaci nabízeného plnění, ve které jsou uvedeny rozměry: š x h x v = 550 x 670 x 360 mm.

Hodnotící komise si uchazečem uvedené údaje porovnávala s údaji uváděnými výrobcem zařízení Megafuge 40 dostupnými z veřejně dostupných zdrojů (viz <http://www.thermoscientific.com/en/product/heraeus-megafuge-40-centrifuge-series.html>).

Výrobce zařízení Megafuge 40 na svých stránkách uvádí následující rozměry zařízení Megafuge 40: h x š x v = 67 x 56.5 x 36 cm.

Hodnotící komise na základě informací zjištěných při porovnání údajů uvedených v nabídce uchazeče TRIGON PLUS spol. s r.o. a údajů získaných z veřejně dostupných zdrojů dospěla k závěru, že jí není nadevše zřejmé, že uchazečem TRIGON PLUS spol. s r.o. nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v plném rozsahu.

V návaznosti na výše uvedené hodnotící komise požádala uchazeče TRIGON PLUS spol. s r.o., aby vysvětlil, zda jím nabízené plnění Megafuge 40 splňuje v plném rozsahu technické požadavky zadavatele, konkrétně zda nabízené plnění Megafuge 40 splňuje požadavky zadavatele na rozměry poptávaného zařízení. V rámci vysvětlení měl uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. uvést popis postup, jakým způsobem dojde k úpravě rozměrů zařízení Megafuge 40 oproti rozměrům, které uvádí výrobce tohoto zařízení, jak je uvedeno výše. Uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. měl popř. doložit technické listy zařízení Megafuge 40 či obdobné dokumenty prokazující, že jím nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele na maximálně přípustné rozměry poptávaného zařízení.

Žádost o vysvětlení nabídky byla uchazeči TRIGON PLUS spol. s r.o. doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 20. 3. 2015. Vysvětlení nabídky tak, jak je popsáno výše měl uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. doručit nejpozději do 26. 3. 2015 do 8:30 hod.

Uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o. na žádost o vysvětlení nabídky ve stanovené lhůtě nijak nereagoval.

V souladu s ustanovením § 76 odst. 3 ZVZ hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Na základě výše uvedeného hodnotící komise nabídku uchazeče TRIGON PLUS spol. s r.o. vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče TRIGON PLUS spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.

- c) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče **MERCI, s.r.o.**, sídlem Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1192/55b, PSČ 62700, IČ 46966447, (dále jen „uchazeč MERCI, s.r.o.“), z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce, a to z následujících důvodů.

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče dle ustanovení § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Po posouzení nabídky uchazeče MERCI, s.r.o. dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka toho uchazeče vykazuje následující nedostatky.

Dle čl. X. odst. 4) zadávací dokumentace měl uchazeč v nabídce předložit vyplněnou technickou specifikaci, tj. tabulku o splnění technických a funkčních požadavků a dále byl uchazeč oprávněn doložit vlastní technickou specifikaci či vlastní popis dodávané věci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nedoložení vlastní technické specifikace věci nebude důvodem pro vyloučení

uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázané splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Uchazeč MERCI, s.r.o. do své nabídky vložil vyplněnou technickou specifikaci, ve které mj. uvádí, že nabízí zařízení s označením Thermo MEGAFUGE 40. Stejně tak do své nabídky uchazeč MERCI, s.r.o. vložil vlastní technickou specifikaci nabízeného plnění, tj. podrobný technický popis zařízení Thermo MEGAFUGE 40. Hodnotící komise provedla kontrolu předložené technické specifikace a konstatovala, že jedním z požadavků na preparační centrifugu byly její rozměry, které zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci a jejích přílohách ve spojení s dodatečnými informacemi 1 ze dne 19. 1. 2015 následujícím způsobem:

Požadované technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
šířka × hloubka × výška; výška otevřené víko (tolerance pro šířku a výšku ± 100 mm, tolerance pro hloubku +70mm/-100mm, tolerance pro výšku otevřeného víka -100 mm)	450 x 600 x 350; 900 mm

Uchazeč MERCI, s.r.o. v příslušném řádku technické specifikace nabízeného plnění uvedl „565 x 670 x 300; 900 mm“. Ve vlastní technické specifikaci nabízeného plnění předložené v nabídce uchazeče MERCI, s.r.o. na str. 40 v anglickém jazyce jsou uvedeny rozměry: Height (lid open)/Výška při otevřeném víku: 90 cm, Height (lid closed)/výška při zavřeném víku: 36 cm, Width/Šířka: 56,5 cm, Depth/Hloubka: 67 cm.

Z uchazečem MERCI, s.r.o. uvedených rozměrů vyplývá, že jím nabízené plnění nespĺňuje maximální přípustnou šířku. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že poptávaná preparační centrifuga může mít šířku 450 mm ± 100 mm. Hodnotící komise si uchazečem MERCI, s.r.o. uvedené údaje ověřila s údaji uváděnými výrobcem zařízení Thermo MEGAFUGE 40 dostupnými z veřejně dostupných zdrojů (viz <http://www.thermoscientific.com/en/product/heraeus-megafuge-40-centrifuge-series.html>). Výrobce zařízení Thermo MEGAFUGE 40 na svých stránkách uvádí následující rozměry zařízení Thermo MEGAFUGE 40: h x š x v = 67 × 56.5 × 36 cm, tzn. rozměry, které odpovídají rozměrům uvedeným v nabídce uchazeče MERCI, s.r.o. S ohledem na nespĺnění požadavku na maximální přípustnou šířku centrifugy, považovala hodnotící komise za irelevantní zabývat se rozporem údajů ohledně výšky centrifugy (uchazeč MERCI, s.r.o. v technické specifikaci nabízeného plnění uvedl 300 mm, ve vlastní technické specifikaci nabízeného plnění je uvedeno 36 cm a výrobce zařízení Thermo MEGAFUGE 40 na svých stránkách uvádí 36 cm.).

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče MERCI, s.r.o. nespĺnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vyloučuje veřejný zadavatel uchazeče MERCI, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení.

- d) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče **Fisher Scientific, spol. s r.o.**, sídlem Pardubice, Kosmonautů 324, IČ 45539928, (dále jen „uchazeč Fisher Scientific, spol. s r.o.“), z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče dle ustanovení § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Po posouzení nabídky uchazeče Fisher Scientific, spol. s r.o. dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka toho uchazeče vykazuje následující nedostatky.

Dle čl. X. odst. 4) zadávací dokumentace měl uchazeč v nabídce předložit vyplněnou technickou specifikaci, tj. tabulku o splnění technických a funkčních požadavků a dále byl uchazeč oprávněn doložit vlastní technickou specifikaci či vlastní popis dodávané věci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nedoložení vlastní technické specifikace věci nebude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázané splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Uchazeč Fisher Scientific, spol. s r.o. do své nabídky vložil vyplněnou technickou specifikaci, ve které mj. uvádí, že nabízí zařízení s označením Sorwall Legend ST 40. Stejně tak do své nabídky uchazeč Fisher Scientific, spol. s r.o. vložil vlastní technickou specifikaci nabízeného plnění, tj. podrobný technický popis zařízení Sorwall Legend ST 40 (ve vlastní technické specifikaci uveden také pod názvem Sorvall ST 40). Hodnotící komise provedla kontrolu předložené technické specifikace a konstatovala, že jedním z požadavků na preparační centrifugu byly její rozměry, které zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci a jejích přílohách ve spojení s dodatečnými informacemi 1 ze dne 19. 1. 2015 následujícím způsobem:

Požadované technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
šířka × hloubka × výška; výška otevřené víko (tolerance pro šířku a výšku ± 100 mm, tolerance pro hloubku $+70\text{mm}/-100\text{mm}$, tolerance pro výšku otevřeného víka -100 mm)	450 x 600 x 350; 900 mm

Uchazeč Fisher Scientific, spol. s r.o. v příslušném řádku technické specifikace nabízeného plnění uvedl „565 x 670 x 360; 900 mm“. Totožná informace je obsažena ve vlastní technické specifikaci nabízeného plnění předložené v anglickém jazyce, ve které jsou uvedeny rozměry: Height (lid open)/Výška při otevřeném víku: 90 cm, Height (lid closed)/výška při zavřeném víku: 36 cm, Width/Šířka: 56,5 cm, Depth/Hloubka: 67 cm.

Z uchazečem Fisher Scientific, spol. s r.o. uvedených rozměrů vyplývá, že jím nabízené plnění nespňuje maximální přípustnou šířku. Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že poptávaná preparační centrifuga může mít šířku 450 mm ± 100 mm. Hodnotící komise si uchazečem Fisher Scientific, spol. s r.o. uvedené údaje ověřila s údaji uváděnými výrobcem zařízení dostupnými z veřejně dostupných zdrojů (viz <http://www.thermoscientific.com/en/product/sorvall-st-40-centrifuge-series.html>). Výrobce zařízení na svých stránkách uvádí následující rozměry zařízení: h x š x v = 67 x 56.5 x 36 cm, tzn. rozměry, které odpovídají rozměrům uvedeným v nabídce uchazeče Fisher Scientific, spol. s r.o.

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče Fisher Scientific, spol. s r.o. nespnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče Fisher Scientific, spol. s r.o., z účasti v zadávacím řízení.

- e) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení uchazeče **KAITRADE spol. s r.o.**, sídlem Praha 10, Sluštická 22, IČ 45801096, (dále jen „uchazeč KAITRADE spol. s r.o.“), z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky uchazeče dle ustanovení § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Po posouzení nabídky uchazeče KAITRADE spol. s r.o. dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka toho uchazeče vykazuje následující nedostatky.

Dle čl. X. odst. 4) zadávací dokumentace měl uchazeč v nabídce předložit vyplněnou technickou specifikaci, tj. tabulku o splnění technických a funkčních požadavků a dále byl uchazeč oprávněn doložit vlastní technickou specifikaci či vlastní popis dodávané věci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nedoložení vlastní technické specifikace věci nebude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázané splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Uchazeč KAITRADE spol. s r.o. do své nabídky vložil vyplněnou technickou specifikaci, ve které mj. uvádí, že nabízí zařízení s označením SORVALL ST 40. Stejně tak do své nabídky uchazeč KAITRADE spol. s r.o. vložil vlastní technickou specifikaci nabízeného plnění, tj. podrobný technický popis zařízení SORVALL ST 40. Hodnotící komise provedla kontrolu předložené technické specifikace a konstatovala, že jedním z požadavků na preparační centrifugu byly její rozměry, které zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci a jejích přílohách ve spojení s dodatečnými informacemi 1 ze dne 19. 1. 2015 následujícím způsobem:

Požadované technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
šířka × hloubka × výška; výška otevřené víko (tolerance pro šířku a výšku ±100 mm, tolerance pro hloubku +70mm/-100mm, tolerance pro výšku otevřeného víka -100 mm)	450 x 600 x 350; 900 mm

Uchazeč KAITRADE spol. s r.o. v příslušném řádku technické specifikace nabízeného plnění uvedl „550 x 670 x 360; 900 mm“. Totožná informace je obsažena ve vlastní technické specifikaci nabízeného plnění, ve které jsou uvedeny rozměry: v x š x h; výška s otevřeným víkem: 360 x 550 x 670; 900 mm.

Hodnotící komise si uchazečem KAITRADE spol. s r.o. uvedené údaje porovnála s údaji uváděnými výrobcem zařízení SORVALL ST 40 dostupnými z veřejně dostupných zdrojů (viz <http://www.thermoscientific.com/en/product/sorvall-st-40-centrifuge-series.html>). Výrobce zařízení SORVALL ST 40 na svých stránkách uvádí následující rozměry zařízení SORVALL ST 40: h x š x v = 67 × 56.5 × 36 cm.

Hodnotící komise na základě informací zjištěných při porovnání údajů uvedených v nabídce uchazeče KAITRADE spol. s r.o. a údajů získaných z veřejně dostupných zdrojů dospěla k závěru, že jí není nadevše zřejmé, že uchazečem nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v plném rozsahu.

V návaznosti na výše uvedené hodnotící komise požádala uchazeče KAITRADE spol. s r.o., aby vysvětlil, zda jím nabízené plnění SORVALL ST 40 splňuje v plném rozsahu technické požadavky zadavatele, konkrétně zda nabízené plnění SORVALL ST 40 splňuje požadavky zadavatele na rozměry poptávaného zařízení. V rámci vysvětlení měl uchazeč KAITRADE spol. s r.o. uvést popis postup, jakým způsobem dojde k úpravě rozměrů zařízení SORVALL ST 40 oproti rozměrům, které uvádí výrobce tohoto zařízení, jak je uvedeno výše. Uchazeč KAITRADE spol. s r.o. měl popř. doložit technické listy zařízení SORVALL ST 40 či obdobné dokumenty prokazující, že jím nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele na maximálně přípustné rozměry poptávaného zařízení.

Žádost o vysvětlení nabídky byla uchazeči KAITRADE spol. s r.o. doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 20. 3. 2015. Vysvětlení nabídky tak, jak je popsáno výše měl uchazeč KAITRADE spol. s r.o. doručit nejpozději do 26. 3. 2015 do 8:30 hod.

Uchazeč KAITRADE spol. s r.o. na žádost o vysvětlení nabídky reagoval dne 25. 3. 2015. V rámci vysvětlení nabídky uchazeč KAITRADE spol. s r.o. poskytl následující vysvětlení: Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 3. 2015 jsme porovnali údaje a zjistili jsme, že rozměry uvedené v nabídce byly čerpány ze starších podkladů. Rozměry na webových stránkách výrobce reflektují konstrukční změnu víka a tím změnu celkové šířky centrifugy. Na základě těchto skutečností nabízená centrifuga neodpovídá rozměrem Vašemu požadavku.

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče KAITRADE spol. s r.o. nespĺnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče KAITRADE spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.

5. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel na plnění veřejné zakázky obdržel 5 řádně podaných nabídek.


Jak je uvedeno výše, hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídky všech uchazečů nespĺnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách; z daného důvodu hodnotící komise vyřadila nabídky všech pěti uchazečů.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jejichž nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, tj. všechny uchazeče, vyloučil z účasti v zadávacím řízení.

Podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

V důsledku výše uvedeného zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

V Brně dne 2. 4. 2015



Markus Dettenhofer, Ph.D.,

výkonný ředitel