



---

**Veřejná zakázka  
„Univerzitní kampus – laboratorní přístroje“**

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

**Žádost č. 2 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

„Datum: 28. červen 2011 17:15:35

Předmět: Žádost o poskytnutí dodatečných informací ”

Evidenční číslo VZ: 60061129

Název: Univerzitní kampus Bohunice - laboratorní přístroje

část 3 VZ - HPLC s MSD

V příloze č. 2.3 Zadávací Dokumentace “Technické podmínky a hodnotící kritéria pro plnění části 3 veřejné zakázky „HPLC s MS detektorem“ je na straně 27 v odstavci e) pro UV-VIS detektor typu DAD požadována nastavitelná vlnová délka v rozsahu alespoň 190-900 nm. Stejný rozsah vlnových délek je pak také definován v Příloze 1 návrhu KS.

Použití DAD detektoru v rozsahu vlnových délek nad 600 nm je v praxi velmi výjimečné s ohledem na minimum látek absorbujících v této oblasti. Vzhledem k faktu, že hlavním předmětem veřejné zakázky je MS detektor typu QTOF a DAD detektor bude pouze doplňkovým detektorem systému LC-MS, bude zadavatelem akceptován DAD detektor s nastavitelnou vlnovou délkou v rozsahu 190-800 nm?“

**Odpověď Zadavatele na žádost č. 2 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel sděluje, že po posouzení svých výzkumných a vzdělávacích potřeb se rozhodl upravit požadavky na DAD detektor – zadavatel požaduje dodávku s detektorem DAD s vlnovou délkou nastavitelnou minimálně v rozsahu 190 – 800 nm. V této souvislosti zadavatel nahrazuje znění třetí odrážky bodu e) UV-VIS detektor typu DAD přílohy č. 2.3 zadávací dokumentace

- „Nastavitelná vlnová délka v rozsahu alespoň 0 – 900 nm“  
novým textem
- „Nastavitelná vlnová délka v rozsahu alespoň 0 – 800 nm“.

Zadavatel současně v návaznosti na výše uvedené rozhodnutí nahrazuje předlohu návrhu smlouvy **pro část 3 veřejné zakázky „HPLC s MSD“** předanou v zadávací dokumentaci novým souborem, který je přílohou této dodatečné informace k zadávacím podmínkám a současně je uveřejněn ve složce Dokumenty veřejné zakázky elektronického nástroje E-ZAK na adrese

[https://zakazky.muni.cz/contract\\_display\\_282.html](https://zakazky.muni.cz/contract_display_282.html).

Úprava je provedena pouze v textu Přílohy č. 1 předlohy návrhu smlouvy ve třetí odrážce bodu e) UV-VIS detektor typu DAD.



---

Zadavatel znovu upozorňuje, že veškeré úkony v zadávacím řízení s výjimkou podání nabídek a předložení dokladů o kvalifikaci budou činěny prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Je proto nezbytné, aby se uchazeči o zakázku v tomto systému registrovali (podrobnější informace viz zadávací dokumentace) a určili k dané zakázce svoji oprávněnou osobu, získají tak operativní přístup k dodatečným informacím a dalším dokumentům vydávaným zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Příloha: upravená předloha návrhu smlouvy pro část 3 veřejné zakázky „HPLC s MSD“

V Brně 27.6.2011