



MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta



Dodatečné informace č. 1

podlimitní veřejná zakázka na rámcovou smlouvu

„Dodávky technických plynů“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Žádost uchazeče č. 1:

Dne 1.6.2015 v 9:45 hodin obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailové korespondence od jednoho z uchazečů následující dotaz. I když dotaz nebyl zaslán prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě, považuje zadavatel za nezbytné na něj odpovědět.

Vážený pane magistře,
obracím se na Vás s dotazy k zakázce Dodávky technických plynů, která je uveřejněna na Vašem profilu E-zakázky.

V seznamu požadovaných plynů jsou vyžadovány následující plyny:

- N2 4.7 ECD B50/200 bar - lze nabídnout dusík s vyšší třídou čistoty bez označení ECD, který splňuje uvedené parametry?
- N2 5.5 ECD B50/200 bar - lze nabídnout dusík s vyšší třídou čistoty bez označení ECD, který splňuje uvedené parametry?
- He 5.5 B20/200 bar - lze nabídnout helium s vyšší třídou čistoty (6.0), které splňuje uvedené parametry?
- He 5.5 B50/200 bar - lze nabídnout helium s vyšší třídou čistoty (6.0), které splňuje uvedené parametry?
- He 5.5 ECD B50/200 bar - lze nabídnout helium s vyšší třídou čistoty bez označení ECD, které splňuje uvedené parametry?
- Argon 4.6 B14/200 bar - lze nabídnout argon v láhvi s objemem 20 l místo požadované lahve 14 l?
- Argon 5.0 B14/200 bar - lze nabídnout argon v láhvi s objemem 20 l místo požadované lahve 14 l?
- Obecně, lze nabídnout u Vámi požadovaných plynů čistoty, které jsou vyšší, než jsou požadovány v zadání?

Za odpovědi předem děkuji.



MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta



Odpověď zadavatele č.1:

Dodavatelé mohou obecně nabídnout vyšší čistoty požadovaných plynů, než jsou požadovány v zadání. Čistoty plynů uvedené v zadávacích podmínkách jsou minimálně přípustné.

V případě plynů (dusík a helium), které jsou zadavatelem požadovány v kvalitě ECD a dodavatel je nabídne sice s vyšší třídou čistoty, ale bez označení ECD, musí být nabídnuty plyny, které splňují uvedené parametry v kontrolovaných obsazích uhlovodíků pro přístrojové vybavení GC (ECD).

Dále zadavatel uvádí, že trvá na dodávkách plynů v obalech o objemech, které jsou definovány v technických podmínkách. Argon (ani žádný jiný plyn) tak nelze nabídnout v obalech s jinými objemy, než které zadavatel definoval.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, a tím pádem nepostupuje podle § 40, odst. 3 zákona.

V Brně 2. června 2015

.....
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU