

Dodatečné informace 1

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC**,
sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, IČ 00216224

Veřejná zakázka: **Koncentrátory projektu CEITEC**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

1) **Žádost uchazeče 1:**

Zadavatel uvedl v zadání v příloze č. 1 - technické podmínky (konfigurace 1): rotor pro nejméně 6 x 50 ml zkumavky (ano, 1 ks).

Dotaz: Jaký typ zkumavek bude zadavatel používat?

Odpověď zadavatele 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že rotor, jehož dodávka je předmětem výše uvedené veřejné zakázky, musí být kompatibilní se zkumavkami s vnějším průměrem 30 mm a délkou 115 mm.

2) **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím související úprava zadávacích podmínek**

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je nově nutné podat nejpozději 15. 6. 2015 do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 15. 6. 2015 v 10:00 hod., v zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity, na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 4. patro, dveře č. 445.

Zadavatel předpokládá, že smlouva na realizaci výše uvedené veřejné zakázky bude uzavřena do konce června 2015 v závislosti na ukončení výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 5. 6. 2015

Mgr. Jana Zikmundová,
manažerka veřejných zakázek