

Dodatečné informace 1

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC**, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC V. – část 3.**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje na základě ustanovení § 49 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), následující dodatečné informace:

1) Žádost uchazeče 1:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

1) *Trváte na celkové kapacitě preparační centrifugy 3000 ml? Požadujete rotor se 4 závěsy, každý s kapacitou 600 ml. Mohli byste akceptovat celkovou kapacitu 2400 ml, což by odpovídalo objemům jednotlivých závěsů (4 x 600 ml = 2400 ml)?*

2) *Pakliže nemůžete akceptovat celkovou kapacitu 2400 ml, bylo by nutno nabízet větší centrifugu, než jste pravděpodobně zamýšleli. Mohli byste v takovém případě akceptovat centrifugu s kapacitou 4 x 750 ml (4 x 750 ml = 3000 ml), s rozměry šířka x hloubka x výška = 554 x 706 x 456 mm, hmotností 101 kg a otáčkami 4600 ot./min?*

V opačném případě nemůže naše firma nabídku podat a zúčastnit se vašeho výběrového řízení.

Odpověď zadavatele 1:

K výše uvedené žádosti zadavatel uvádí, že nepřipouští žádnou změnu technických podmínek tak, jak byly vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, Technické podmínky.

Položka o celkovém separovaném minimálním objemu je důležitá a menší než deklarovaný objem 3 000 ml není možný. Jde o součet běžně separovaného objemu suspenze a „mrtvého“ objemu, který zabezpečí, že suspenze, respektive supernatant zůstane v kyvetě a nevyteče do závěsu.

Při vymezení technických podmínek preparační centrifugy, jejíž dodání je součástí předmětu veřejné zakázky, byl zadavatel limitován technickými parametry laboratorního stolu s nosností 90 kg, na kterém bude preparační centrifuga umístěna.

S ohledem na výše uvedené zadavatel **požaduje, aby nabídka uchazeče splňovala všechny parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, Technické podmínky. Zadavatel tedy nepřipouští změnu technických podmínek předmětu veřejné zakázky.**

- 2) Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek účinném ke dni zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek tedy zůstává stanovena na 28. 7. 2015 10:00 hod.

V Brně dne 11. 6. 2015

Mgr. Jana Zikmundová,
manažerka veřejných zakázek