

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 21. 6. 2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Růstová komora projektu CEITEC“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto centrální veřejný zadavatel (dále jen zadavatel) veřejné zakázky s názvem „**Růstová komora projektu CEITEC**“ (dále jen zakázka) obdržel dne 17. 6. 2015 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedené žádosti poskytuje v souladu s ustanovením 7.6.1 Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu VaVpl (dále jen PVD) níže uvedenou dodatečnou informaci.

Dotaz

V technické specifikaci uvádíte:

1. *Komora vyrobena z odolné a vysoce reflektivní pozinkované chromované oceli. Nerez má reflektivní účinky okolo 80 %. Naše řešení má komoru vyrobenou z chromované oceli s více reflektivním bílým nástríkem pro lepší rozptyl světla než pozinkovaná chromová ocel.*

Otázka 1: *bude zadavatel akceptovat i tuto povrchovou úpravu?*

2. *Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška): max. 90cm x 90cm x 210cm*

Otázka 2: *bude zadavatel akceptovat komoru o rozměrech 106 x 87 x 210 cm?*

Přínosem by byla celková kultivační plocha 1,22 m².

Odpověď zadavatele

Ad 1: Tuto povrchovou úpravu nebude zadavatel akceptovat. Podle jemu dostupných informací má bílý povrch v porovnání s povrchem z chromované oceli sice vyšší odrazivost, ale menší dispersi. V důsledku toho je osvětlení v prostorách se stěnami z chromové oceli homogennější. Jistá ztráta v odrazivosti, které si je zadavatel vědom, je pak zohledněna v požadovaném poměrně velkém světelném výkonu osvětlovacích těles.

Ad 2: Zadavatel trvá na původním požadavku maximálních rozměrů. Nastavení rozměrů je dáno prostupností přístupových cest a zejména prostorem dostupným v místnosti, kde má být růstová komora instalována. Růstové komory produkují poměrně značné množství tepla, a proto jsou v rámci Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (AF) Mendelovy univerzity v Brně soustředěny v místnosti s vysoce výkonnou klimatizací. V této místnosti pak zbývá prostor jen pro poptávanou kultivační skříň při zachování minimálních manipulačních prostor nezbytných pro bezproblémové užívání skříní ostatních.

S ohledem na uveřejnění výše uvedených dodatečných informací krátce před koncem lhůty pro podání nabídek do předmětného výběrového řízení se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s 7.6.2 PVD, a to **do 2. 7. 2015, do 9:00 hodin**. Vzhledem k tomu, že nabídky se podávají výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, se otevírání obálek s nabídkami, v souladu s ustanovením 7.11.3 PVD, neuskuteční.

S pozdravem,

Mgr. Ing. Alena Jurnečková
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita