

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 22. června 2015

Č.j. MU-ZAK/46409/2015/236129/LF - 4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Audiovizuální přístroje pro LF MU 2015“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 19.6.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Dobrý den, prosíme o upřesnění požadavků:

- 1) *pol.č.7- Prezentér s danými vlastnostmi se zeleným laserovým ukazovátkem není momentálně dostupný. Lze nabídnout s červeným laserovým ukazovátkem ?*
- 2) *pol.č.8-lze nabídnout projektor odpovídající zadání s životností lampy 4000 hodin v režimu max. svítivosti a 7000 hodin v režimu Eco ?*
- 3) *pol.č. 11-lze nabídnout plátno ve formátu 4:3 tak, aby korespondovalo s poptávaným dvp II (pol.č.6) ?*
- 4) *pol. č.12-Můžeme nabídnout dvp s technologií LCD ?*

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce následujícím způsobem:

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že z doručené žádosti o dodatečné informace je zřejmé, že všechny žádosti o dodatečné informace se vztahují k části č. 1 VZ „Audiovizuální vybavení“.

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:



Dotaz č. 1: část č. 1 VZ: položka č. 7 – Prezenter III s danými vlastnostmi se zeleným laserovým ukazovátkem není momentálně dostupný. Lze nabídnout s červeným laserovým ukazovátkem ?

Odpověď: ANO, pro Položku č. 7 Prezenter III lze nabídnout rovněž prezenter s červeným laserovým ukazovátkem. Lze tedy nabídnout prezenter se zeleným nebo červeným laserovým ukazovátkem.

2) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2: část č. 1 VZ: položka č. 8 lze nabídnout projektor odpovídající zadání s životností lampy 4000 hodin v režimu max. svítivosti a 7000 hodin v režimu Eco ?

Odpověď: ANO, pro Položku č. 8 Dataprojektor III lze nabídnout dataprojektor s životností lampy v režimu maximální svítivosti minimálně 4000 hodin.

3) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:

Dotaz č. 2: část č. 1 VZ: položka č. 11 lze nabídnout plátno ve formátu 4:3 tak, aby korespondovalo s požadovaným dvp II (pol.č.6) ?

Odpověď: NE, pro Položku č. 11 Plátno k dataprojektoru II nelze nabídnout plátno ve formátu 4:3. Položka č. 11 Plátno k dataprojektoru II je plánována k Položce č. 10 Dataprojektor IV.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností k tomuto dotazu uvádí, že pokud položka Dataprojektor a položka Plátno k dataprojektoru jsou označeny stejnou římskou číslicí, neznamená to, že spolu musí korespondovat. Jedná se tedy o samostatné položky. Mnohdy je totiž nakupováno pouze plátno nebo pouze dataprojektor.

4) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:

Dotaz č. 1: část č. 1 VZ: položka č. 12 Interaktivní dataprojektor s projekční tabulí, lze nabídnout dvp s technologií LCD?

Odpověď: ANO, pro Položku č. 12 Interaktivní dataprojektor s projekční tabulí lze nabídnout rovněž Interaktivní dataprojektor s technologií LCD. Lze tedy nabídnout Interaktivní dataprojektor s technologií DLP nebo LCD.

5) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové) dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

6) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné



zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 25.6. 2015 do 10:00 hod. se nově prodlužuje do 2.7. 2015 do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 2.7.2015 v 10:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

7) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy
- 2) Příloha C - Technické podmínky

