

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 22. června 2015

Č.j. MU-ZAK/44263/2015/233955/LF -4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Radiologická vyhodnocovací stanice pro LF MU“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 18.6.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Domníváme se, že požadavek zadavatele na hodnotu jasu 1000 cd/m2 uvedený v zadávací dokumentaci neúměrně zpřísňuje požadavky na požadované zařízení nad rámec směrnice 93/42/EHS (potažmo nařízení vlády č. 336/2004 Sb.) a zaručuje tak jedinému dodavateli konkurenční výhodu (§45 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Žádný jiný výrobce kromě společnosti Barco takové zařízení nevyrábí a ani nenabízí. Žádáme tímto o revizi požadavků, aby bylo možné nabídnout i jiné značky, než jen pouze jednu jedinou.

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek této veřejné zakázky stanovil a vymezil technické podmínky pro jednotlivé technické parametry požadovaného přístroje tak, aby požadovaný předmět plnění (přístroj) odpovídal nutným provozním potřebám zadavatele a odrážel zamýšlený účel a použití přístroje. Přístroj musí být plně vyhovující pro výuku studentů v rámci cvičení i zkoušek a plně a kvalitně zobrazovat plnou škálu radiologických vyšetření od mamografických až po speciální barevné 3D rekonstrukce. Z výše uvedených důvodů požaduje



zadavatel v rámci vymezení technických podmínek pro technický parametr „Maximální svítivost“ hodnotu jasů minimálně 1000 cd/m².

2) **Zadávací podmínky této veřejné zakázky tak zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

