

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 24. června 2015

Č.j. MU-ZAK/48997/2015/238765/LF -3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Biologické inkubátory pro LF MU 2015 II“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 24.6.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o odpověď na náš dotaz a poskytnutí dodatečných informací v rámci této VZ a Vaší položky č. 2 – Biologický inkubátor II

Rádi bychom se dotázali, jestli je přípustné nabídnout u této položky č. 2 biologický inkubátor, který bude mít provedení vnitřního prostoru z nerez oceli. Domníváme se, že na našem trhu není biologický inkubátor Vámi stanovených parametrů včetně stanoveného finančního limitu, který by splnil hlavně i Váš požadavek na provedení vnitřního prostoru a polic z mědi či slitiny s obsahem mědi.

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz:

Položka č. 2 VZ: Biologický inkubátor II

ANO, pro Položku č. 2 Biologický inkubátor II je možné nabídnout biologický inkubátor, který bude mít provedení vnitřního prostoru z nerez oceli.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentech „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy, nově **nepožaduje pro Položku č. 2 Biologický inkubátor II, aby byly vnitřní prostory a police odolné proti korozi z mědi či slitiny s obsahem mědi s protibakteriálními účinky.**



2) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové) dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy
- 2) Příloha C - Technické podmínky

