



## MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Brno, 15. července 2011  
Č. j. MU/42912/2011/LF

Veřejná zakázka

„**Mechanické laboratorní přístroje pro Lékařskou fakultu MU**“ – dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám č.2 pro část č.1,2,3 veřejné zakázky

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části 1,2,3 veřejné zakázky:

### *Pro část 1 Centrifuga chlazená*

#### **Otázka č.1**

„1/ žádáme o upřesnění typu zkumavek pro objem 50 ml- budou používány nejběžnější kónické zkumavky Falcon rozměr 29 x 115 mm objem 50 ml?“

Odpověď:

Zadavatel nevylučuje, že bude na požadovaném přístroji jako spotřební materiál využívat typ zkumavek uvedených ve výše zmíněné otázce.

#### **Otázka č.2**


„2/ Vzhledem k tomu, že se v laboratoři nepoužívají metody vyžadující 300 ot/min, tímto žádáme o zmírnění tohoto striktního požadavku dolní hranice pro možnost volby otáček z 300 na 500 ot/min - tedy možnost volby otáček (500-15 000 otáček). Při tomto rozsahu mohou být nabídnuta jak zařízení, která budou 300 ot/min umožňovat a zároveň i přístroje začínající na 500 ot/min. Domníváme se, že při trvání na tomto parametru 300 ot/min ze strany zadavatele, by mohlo být uvedené zadání považováno za diskriminační.“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace:

...Možnost volby otáček (300-15000 otáček po 10 ot/min. nebo 500-15000 otáček po 10 ot/min., přesnost regulace otáček  $\pm 20$ )...

Současně se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.1 veřejné zakázky.





Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 1. 8. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje do **25. 8. 2011 do 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **25.8. 2011 ve 12:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část 1 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

### ***Pro část 2 Biohazard box***

#### **Otázka č.3:**

„Technická specifikace poptávaného biohazardboxu v této části VZ je opsána z prospektové dokumentace Thermofisher Scientific, model Safe 2020, jen s nepatrnými úpravami a tím tedy zadání jednoznačně zvýhodňuje tento model a diskriminuje výrobky jiných výrobců, kde jsou některé nepodstatné detaily řešeny jinak.

Vzhledem k tomu, že požadujete výrobek certifikovaný podle normy EN 12469, jsou tím jednoznačně dány základní parametry poptávaného výrobku/zařízení, jeho funkčnost a použitelnost a není třeba uvádět zcela nepodstatné detaily, které nijak neovlivní funkci či použití požadovaného přístroje. Pokud se konkrétní parametry daného přístroje nevýznamně odlišují od vámi požadovaných hodnot, není to na úkor ani kvality, ani bezpečnosti ani možnosti použití přístroje pro určenou práci. Navrhujeme proto vypustit následující body z technické specifikace, které zbytečně zpřesňují požadavky zadavatele a zvýhodňují jeden výrobek na úkor jiných výrobků:

- vertikální průtok pracovním prostorem min. 0,40 m/s
- Objem odchozího vzduchu za hodinu- min 450 m<sup>3</sup>/h
- vnitřní osvětlení pracovní plochy 900 – 1000 luxů (bez nebezpečí oslňování)“

Odpověď:

Zadavatel se rozhodl upravit technickou specifikaci přístroje uvedenou příloze C zadávací dokumentace:

Zadavatel z technické specifikace vypouští požadavek na vertikální průtok pracovním prostorem a objem odchozího vzduchu. U specifikace vnitřního osvětlení pracovní plochy zadavatel upravuje požadavek z 900-1000 luxů na min.500 luxů (bez nebezpečí oslňování).

Současně se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek pro část č.2 veřejné zakázky. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 1. 8. 2011 do 10:00 hod. se prodlužuje do **25. 8. 2011 do 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **25.8. 2011 ve 12:00 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky pro část 2 veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

### ***Pro část 3 položku č.1 Skříňový mrazící box I***

#### **Otázka č.4:**

„Je možné technické řešení vnitřního prostoru u skříňového mrazícího boxu z oceli se speciálním ochranným nátěrem?“





**Odpověď:**

Zadavatel v rámci technické specifikace přístroje v příloze C zadávací dokumentace uvádí požadavek na provedení vnitřního povrchu přístroje z nerezové oceli a nepřipouští jeho provedení z oceli se speciální nátěrem. Technická specifikace přístroje ani ostatní zadávací podmínky pro část 3 zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.  
děkan LF MU

