

Dodatečné informace 1

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Centrální řídicí struktura projektu CEITEC**, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: **Centrifugy projektu CEITEC V. – část 4.**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel poskytuje na základě ustanovení § 49 odst. 1 až 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), následující dodatečné informace:

1) Žádost uchazeče:

V rámci veřejné zakázky s názvem: Centrifugy projektu CEITEC V. – část 4. si dovoluujeme podat dotaz ke konfiguraci 3.

1) Zadavatel uvádí:

Nastavení doby centrifugace v rozsahu: nejméně 30 s až 99 hod.

Bude zadavatelem akceptována centrifuga s nastavením doby centrifugace v rozsahu 1 min až 99 min s možností kontinuálního chodu?

2) Zadavatel uvádí:

Možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky.

Bude zadavatelem akceptována centrifuga, která má jedno samostatné tlačítko s možností volby ze 35 programů?

Odpověď zadavatele:

K výše uvedené žádosti zadavatel uvádí, že **připouští navrhovanou změnu technických podmínek**, tzn. že centrifuga specifikovaná zadavatelem pod konfigurací 3 v příloze č. 1 návrhů smluv, Technické podmínky, musí umožňovat nastavení doby centrifugace v rozsahu nejméně 1 min až 99 min s možností kontinuálního chodu. A zároveň musí centrifuga specifikovaná zadavatelem pod konfigurací 3 v příloze č. 1 návrhů smluv, Technické podmínky, umožňovat volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky nebo umožňovat volby z 35 programů prostřednictvím 1 tlačítka.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel předkládá uchazečům **aktualizovanou verzi přílohy č. 1 návrhů smluv, Technické podmínky**. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči použili aktualizovanou verzi přílohy č. 1 návrhů smluv, Technické podmínky.

2) **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím související úprava zadávacích podmínek**

- a) S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 15. 9. 2015 do 11:00 hod.**
- b) Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s § 71 odst. 4 ZVZ dne 15. 9. 2015 v 11:00 hod., v zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity, na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, č. 445.
- c) Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena do konce září 2015 v závislosti na ukončení zadávacího řízení.

V Brně dne 23. 7. 2015

Mgr. Jana Zikmundová,
manažerka veřejných zakázek