

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 23. 7. 2015

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Konfokální mikroskopie - CEITEC MU II. – část 2“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 20. 7. 2015 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon), následující odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz

„Chtěl bych položit dotaz, který se týká veřejné zakázky s názvem: „ Konfokální mikroskopie - CEITEC MU II. - část 2“

Mám dotazy týkající se především technické specifikace, která nám neumožňuje se zúčastnit výběrové řízení, přičemž jsme jeden s největších dodavatelů takovýchto systémů.

Budu moc rád, kdyby bylo možné nabídnout náš vysoce kvalitní přístroj.

Pokládám následující dotaz.

Dotaz č. 1.

S části technické specifikace:

objektiv se zvětšením v rozsahu 20x až 25x s dlouhou pracovní vzdáleností a velkým zorným polem, s vodní, glycerolovou nebo olejovou imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 0.8 nebo větší včetně DIC

Dotaz: Naše společnost nabízí objektiv 20x s NA 0.75 pro vodní, glycerolovou a olejovou imerzi, jedná se o třídu objektivu planapochromátu. Tato třída není zmíněna v technickém popisu. Jedná o nejvyšší třídu objektivu a numerická apertura je 0.75 což je pouze o 0.05 nižší než požaduje specifikace. U objektivů je nutné posuzovat všechny parametry, tedy NA, zvětšení, pracovní vzdálenost, a třídu objektivů, která není specifikována.

Chtěli bychom se tedy zeptat, jestli bude akceptován zmíněný objektiv s 20x NA 0.75 multiimerzní?

Odpověď zadavatele

Zadavatelem požadovaný parametr byl specifikován po důkladném průzkumu trhu a zvážení potřeb zadavatele, následně byl parametr po zvážení dotazu uchazeče upraven pro větší přístupnost potenciálním dodavatelům. Toto bylo ovšem spojeno se setrváním na základním požadavku na numerickou aperturu alespoň 0,8. Tato hodnota je pro zadavatele a potřeby vědeckých týmů uvedena jako minimální požadovaná, zadavatel bude akceptovat pouze objektiv se zvětšením v rozsahu 20x až 25x s dlouhou pracovní vzdáleností a velkým zorným polem, s vodní, glycerolovou nebo olejovou imerzí a numerickou aperturou (NA) alespoň 0.8 nebo větší včetně DIC.

S pozdravem

Mgr. Hana Sanetříková
Administrátorka veřejných zakázek
CEITEC MU