



Dodatečné informace č. 1

veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015“

10. část - Bezvibrační chlazený inkubátor a programovatelný inkubátor pro krystalizace biomolekul

Zadavatel obdržel dne 12. 08. 2015 následující požadavek na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 1 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Předmět *Žádost o poskytnutí dodatečných informací*

část 10:Bezvibrační chlazený inkubátor a programovatelný inkubátor pro krystalizace biomolekul

Dotaz:

„Je možné nabídnout přístroj vybavený bezotřesovým provedením vnitřního prostoru a dochlazováním vnitřního prostoru pomocí externího chlazení? Požadavek nulových vibrací vnitřního prostoru zůstane zachován.““

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na uvedených technických specifikacích. V případě plného respektování všech požadovaných parametrů technické specifikace a samozřejmě zachování požadovaných max. vnějších rozměrů inkubátoru (max. vnější rozměry 150 cm výška x 65 cm šířka x 65 cm hloubka) a požadovaného min. vnitřního objemu inkubátoru (min. vnitřní objem 180 l) zadavateli i technické řešení dochlazování vnitřního prostoru inkubátoru pomocí externího chlazení vyhovuje a je možné jej nabídnout.

V Brně dne 14. 08. 2015

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Přírodovědecké fakulty MU