

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 17. srpna 2015

Č.j. MU-ZAK/72571/2015/262772/LF - 3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 14.8.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

„V dokumentu Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění pro část 3, položka 2 - Proteinová elektroforéza, je požadavek na kapacitu minimálně 4 gely. Jedná se o gely přednalité, gely ručně nalité, nebo se tato minimální kapacita týká obou typů gelů?“

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz:

Část č. 3 VZ

Položka č. 2 VZ: Proteinová elektroforéza

V případě části č. 3 této VZ položky č. 2 Proteinová elektroforéza se požadavek na kapacitu minimálně 4 gely vztahuje na oba typy gelů, tj. na gely přednalité i na gely ručně nalité.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 3 této VZ položku č. 2 Proteinová elektroforéza, a nově požaduje, aby kapacita přístroje proteinová elektroforéza byla minimálně 4 gely, a to jak pro gely přednalité, tak i pro gely ručně nalité.

2) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový)



dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“

