

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 25. srpna 2015

Č.j. MU-ZAK/72571/2015/262772/LF - 8

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Dne 24.8.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

„V příloze 1.1.2 Techn. podmínky a Techn. spec. nab. plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III je uvedeno, že pro položku 3 – Elektroforetický zdroj požadujete maximální rozměr 200x270x100. Trváte na tomto rozměru, nebo by elektroforetický zdroj mohl mít i jiný rozměr (př.: 250x285x80)?“

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz:

Část č. 3 VZ

Položka č. 3 VZ: Elektroforetický zdroj

V případě části č. 3 této VZ položky č. 3 Elektroforetický zdroj zadavatel netrvá na původních stanovených jednotlivých maximálních rozměrech přístroje a z tohoto důvodu stanovuje nové jednotlivé maximální rozměry pro položku č. 3 Elektroforetický zdroj.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 3 této VZ položku č. 3 Elektroforetický zdroj, a nově stanovuje jednotlivé maximální rozměry pro tento přístroj, tj. rozměry - š×h×v (mm) maximálně 270x300x100 mm.



Nově tedy požadavek na jednotlivé rozměry pro část č. 3 této VZ položku č. 3 Elektroforetický zdroj zní:

Rozměry - š×h×v (mm)	max. rozměry 270x300x100 mm
----------------------	-----------------------------

- 2) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 31.8. 2015 do 13:00 hod. se prodlužuje do 3.9. 2015 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 3.9. 2015 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“

