

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 26. srpna 2015

Č.j. MU-ZAK/72571/2015/262772/LF - 11

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Vážený pane, vážená paní,

Dne 25.8.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

„tímto Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III“.

V tabulce Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění část č. 2 VZ, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, zadavatel uvádí u položky č. 4 požadavek: nastavení teploty: nastavitelné po 1°C.

Náš dotaz zní:

Je parametr nastavení teploty po 1°C u položky 4 v části 2 VZ (Rotátor umožňující 3 typy pohybů) uveden správně? Nejedná se, prosím, o překlep, jelikož tento stroj dle specifikace nemá být vyhřívaný a tedy parametr zvyšování teploty zde nemá opodstatnění.“

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz:

Část č. 2 VZ

Položka č. 4 VZ: Rotátor umožňující 3 typy pohybů

V případě části č. 2 této VZ položky č. 4 Rotátor umožňující 3 typy pohybů se jedná o zřejmé nedoplnění při stanovení požadované technické specifikace, jelikož zadavatelem



stanovený požadavek na "nastavení teploty" a "teplotní rozsah" u tohoto typu přístroje nemá v technické specifikaci své opodstatnění.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, z výše uvedeného důvodu upravuje stanovenou technickou specifikaci, a to tím způsobem, že pro část č. 2 této VZ položku č. 4 Rotátor umožňující 3 typy pohybů u této položky zcela vypouští požadavky na "nastavení teploty" a "teplotní rozsah".

- 2) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy z 26.8.2015“

