

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 31. srpna 2015

Č.j. MU-ZAK/72884/2015/263093/LF - 3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Biologické inkubátory pro LF MU 2015 III“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 28.8.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Položka č. 2 Chlazený mini inkubátor

„V této položce je požadován 1 kus mini inkubátoru s dosažitelnou teplotou -10°C až +60°C.

Je tím myšleno absolutní dosažení -10°C nebo -10°C pod okolní teplotu ???

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz:

Položka č. 2 VZ: Chlazený mini inkubátor

Pro vyloučení všech pochybností dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že v případě položky č. 2 Chlazený mini inkubátor platí požadavek tak, jak je vymezen v technických podmínkách stanovených zadavatelem, tedy v případě spodní teplotní hranice se jedná o absolutní dosažení teploty alespoň -10°C.

2) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

