

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 1. září 2015

Č.j. MU-ZAK/72571/2015/262772/LF - 17

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Drobné laboratorní přístroje pro LF MU III“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6

Vážený pane, vážená paní,

Dne 28.8. a 31.8.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

1) Část 2 Biologický ústav: Položka č.1 Suchý blok

V této položce je požadován 2 kusy oboustranného bloku 30x 0,5 ml a 20 x1,5/2,0 ml a maximální rozměry přístroje šxhxv: 160x230x140 Bylo by možné nabídnout celkem 2 kusy jednostranného bloku 24 x 1,5/2,0 ml a 2 kusy jednostr. Bloku 24 x 0,5 ml celkem tedy 4 bloky a rozměry přístroje šxhx 200 x 260 x 83 mm ???

2) Část 2 Biologický ústav: Položka č.3 Třepačka Vortex s nastavcem

V této položce je požadován nastavitelný rozsah 0-3500 rpm. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má rozsah 0-3000 rpm ????

3) Část 2 Biologický ústav: Položka č.5 Vortex

V této položce jsou požadovány maximální vnější rozměry šxhxv: 150 x 150 x 100 mm. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má vnější rozměry 140 x 160 x 130 mm ?????

4) Část 5 Klin.dětské onkologie: Položka č.4 Vysokorychlostní třepačka

V této položce je požadován rozsah třepání 300-3200 rpm a vnější rozměry 225 x 215 x 150 mm. Bylo by možné nabídnout třepačku , která má rozsah 300-3000 rpm a vnější rozměry 270 x 196 x 170 mm ??

5) Část 6 Ústav histologie a embryol.: Položka č.5 Vortex



V této položce je požadována maximální hmotnost 1,5 kg. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má hmotnost 2,2 kg. ??? Tímto je také samozřejmě stabilnější .

6) Část 6 Ústav histologie a embryol.: Položka č. 6 Magnetická míchačka s ohřevem

V této položce jsou požadovány maximální vnější rozměry šx h x v: 250 x 300 x 150 mm. Bylo by možné nabídnout magnetickou míchačku , která absolutně splňuje všechny požadované parametry, ale má hloubku 350 mm ???

7) Část 7 Fyziologický ústav: Položka č. 3 Magnetická míchačka s ohřevem

V této položce je požadován nastavitelný rozsah ohřevu v rozmezí +15°C až 120°C. Jelikož magnetické míchačky nejsou chlazené a tím není možné dosáhnout teploty pod teplotu okolí je možné nabídnout tuto magnetickou míchačku, která má rozsah od teploty okolí ?????

8) Část 8 Biochemický ústav: Položka č. 2 Vyhřívání a chlazená třepačka

V této položce je požadován nastavitelný rozsah třepání v rozmezí 250 až 1400 rpm a váhu maximálně 5 kg Bylo by možné nabídnout tuto chlazenou třepačku, která absolutně splňuje všechny požadované parametry, ale má rozsah třepání od 300 do 1500 rpm a má z důvodu maximální stability váhu cca. 8 kg.???

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Část č. 2 VZ Biologický ústav

Položka č. 1 VZ: Suchý termoblok bez třepání

Dotaz č. 1: V této položce je požadován 2 kusy oboustranného bloku 30x 0,5 ml a 20 x1,5/2,0 ml a maximální rozměry přístroje šxh x v: 160x230x140 Bylo by možné nabídnout nabídnout celkem 2 kusy jednostranného bloku 24 x 1,5/2,0 ml a 2 kusy jednostr. Bloku 24 x 0,5 ml celkem tedy 4 bloky a rozměry přístroje šxh x v 200 x 260 x 83 mm ???

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 2 této VZ Položka č. 1 VZ: Suchý termoblok bez třepání, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout:

- a) Dva oboustranné bloky z toho jeden alespoň pro 24x0,5 ml a druhý alespoň pro 20x1,5/2,0 ml nebo dva jednostranné bloky každý alespoň pro 24x 0,5 ml a dva jednostranné bloky každý alespoň pro 20 x1,5/2,0 ml.

Zadavatel důrazně upozorňuje dodavatele, že požaduje velikost bloku pro jednotlivé rozměry maximálně (š x h x v): 80 x 110 x 55 mm

- b) maximální rozměry přístroje: jednotlivé rozměry maximálně (š x h x v): 200 x 260 x 140 mm



Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 2 této VZ položku č. 1 Suchý termoblok bez třepání zní:

Dva oboustranné bloky z toho jeden alespoň pro 24x0,5 ml a druhý alespoň pro 20x1,5/2,0 ml nebo dva jednostranné bloky každý alespoň pro 24x 0,5 ml a dva jednostranné bloky každý alespoň pro 20 x1,5/2,0 ml.	uchazeč uvede jaké řešení bude součástí dodávky nabízeného přístroje
maximální rozměry přístroje:	jednotlivé rozměry maximálně (š x h x v): 200 x 260 x 140 mm

2) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Část č. 2 VZ Biologický ústav

Položka č. 3 VZ: Třepačka Vortex s nástavcem

Dotaz č. 2: V této položce je požadován nastavitelný rozsah 0-3500 rpm. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má rozsah 0-3000 rpm ????

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

ANO, v případě části č. 2 této VZ položky č. 3 VZ: Třepačka Vortex s nástavcem je možné nabídnout přístroj s rozsahem třepání nastavitelný minimálně v rozsahu 0-3000 rpm.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 2 této VZ položky č. 3 VZ: Třepačka Vortex s nástavcem, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout přístroj s rozsahem třepání nastavitelný minimálně v rozsahu 0-3000 rpm.

Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 2 této VZ položku č. 3 VZ: Třepačka Vortex s nástavcem zní:

rozsah třepání:	nastavitelný minimálně v rozsahu 0 - 3000 rpm
------------------------	--

3) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:

Část č. 2 VZ Biologický ústav

Položka č. 5: Vortex

Dotaz č. 3: V této položce jsou požadovány maximální vnější rozměry šxhxv: 150 x 150 x 100 mm. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má vnější rozměry 140 x 160 x 130 mm ????

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3



Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 2 této VZ položku č. 5 VZ: Vortex, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout přístroj s s maximálními vnějšími rozměry přístroje: jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 155 x 165 x 140 mm.

Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 2 této VZ položku č. 5 VZ: Vortex zní:

maximální vnější rozměry:	jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 155 x 165 x 140 mm
----------------------------------	--

4) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:

Část č. 5 VZ Klinika dětské onkologie

Položky č. 4: Vysokorychlostní třepačka

Dotaz č. 4: V této položce je požadován rozsah třepání 300-3200 rpm a vnější rozměry 225 x 215 x 150 mm. Bylo by možné nabídnout třepačku , která má rozsah 300-3000 rpm a vnější rozměry 270 x 196 x 170 mm ??

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

V případě části č. 5 této VZ u Položky č. 4 Vysokorychlostní třepačka zadavatel trvá na původních stanovených požadavcích, tj. na rozsahu třepání nastavitelném minimálně v rozsahu 300-3200 rpm a jednotlivých vnějších maximálních rozměrech 225 x 215 x 150 mm. Zadavatel stanovil tyto požadované parametry vzhledem k plánovanému účelu použití, z tohoto důvodu není možné z těchto stanovených požadavků na parametry slevit.

Technické podmínky stanovené zadavatelem pro část č. 5 této VZ u Položky č. 4 Vysokorychlostní třepačka z výše uvedených důvodů zůstávají beze změn.

5) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 5:

Část č. 6 VZ Ústav histologie a embryologie

Položka č. 5 VZ: Vortex

Dotaz č. 5: V této položce je požadována maximální hmotnost 1,5 kg. Bylo by možné nabídnout vortex , který absolutně všechny požadované parametry , ale má hmotnost 2,2 kg. ??? Tímto je také samozřejmě stabilnější .

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5

ANO, v případě části č. 6 této VZ položky č. 5 VZ: Vortex, zadavatel nově stanovuje, že je možné nabídnout přístroj o hmotnosti maximálně 2,5 kg.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu



smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 6 této VZ položky č. 5 VZ: Vortex, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout přístroj o hmotnosti maximálně 2,5 kg.

Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 6 této VZ položky č. 5 VZ: Vortex zní:

Max. hmotnost	do 2,5 kg
----------------------	------------------

6) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 6:

Část č. 6 VZ Ústav histologie a embryologie

Položka č. 6 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem

Dotaz č. 6: V této položce jsou požadovány maximální vnější rozměry š x h x v: 250 x 300 x 150 mm. Bylo by možné nabídnout magnetickou míchačku, která absolutně splňuje všechny požadované parametry, ale má hloubku 350 mm ???

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6

V případě části č. 6 této VZ položky č. 6 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem, zadavatel nově stanovuje, že je možné nabídnout přístroj s jednotlivými vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 350 x 150 mm.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 6 této VZ položky č. 6 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout přístroj s jednotlivými vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 350 x 150 mm.

Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 6 této VZ položky č. 6 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem zní:

maximální vnější rozměry:	jednotlivé vnější rozměry maximálně (š x h x v): 250 x 350 x 150 mm
----------------------------------	--

7) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 7:

Část č. 7 VZ Fyziologický ústav

Položka č. 3 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem

Dotaz č. 7: V této položce je požadován nastavitelný rozsah ohřevu v rozmezí +15°C až 120°C. Jelikož magnetické míchačky nejsou chlazené a tím není možné dosáhnout teploty pod teplotu okolí je možné nabídnout tuto magnetickou míchačku, která má rozsah od teploty okolí ?????



Odpověď zadavatele na dotaz č. 7

V případě části č. 7 této VZ položky č. 3 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem, zadavatel nově stanovuje, že je možné nabídnout přístroj s nastavitelnou teplotou ohřevu minimálně v rozsahu od hodnoty teploty okolí až + 120 °C.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, nově upravuje požadavek pro část č. 7 této VZ položky č. 3 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem, a nově stanovuje, že v rámci této položky může dodavatel nabídnout přístroj s nastavitelnou teplotou ohřevu minimálně v rozsahu od hodnoty teploty okolí až + 120 °C

Nově tedy dílčí požadavek na požadovaným rozpětím objemu pro část č. 7 této VZ položky č. 3 VZ: Magnetická míchačka s ohřevem zní:

nastavitelná teplota ohřevu	minimálně v rozsahu od hodnoty teploty okolí až + 120 °C
-----------------------------	--

8) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 8:

Část č. 8 VZ Biochemický ústav

Položka č. 2 Vyhřívání a chlazená třepačka

Dotaz č. 8: V této položce je požadován nastavitelný rozsah třepání v rozmezí 250 až 1400 rpm a váhu maximálně 5 kg Bylo by možné nabídnout tuto chlazenou třepačku, která absolutně splňuje všechny požadované parametry, ale má rozsah třepání od 300 do 1500 rpm a má z důvodu maximální stability váhu cca. 8 kg.???

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8

V případě části č. 8 této VZ u Položky č. 2 Vyhřívání a chlazená třepačka zadavatel trvá na původních stanovených požadavcích, tj. na rozsahu třepání nastavitelném minimálně v rozsahu 250-1400 rpm a na hmotnosti maximálně 5 kg. Zadavatel stanovil tyto požadované parametry vzhledem k plánovanému účelu použití, z tohoto důvodu není možné z těchto stanovených požadavků na parametry slevit.

Technické podmínky stanovené zadavatelem pro část č. 8 této VZ Položky č. 2 Vyhřívání a chlazená třepačka z výše uvedených důvodů zůstávají beze změn.

9) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 10) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.



Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 3.9. 2015 do 13:00 hod. se prodlužuje do 8.9. 2015 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 8.9. 2015 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

11) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy z 1.9.2015“

