

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 3. září 2015

Č.j. MU-ZAK/70392/2015/260582/LF - 3

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 1.9. a 2.9.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami doručeny žádosti dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

- 1) *V Technických podmínkách (Příloha č. 1 KS) jsou podle našeho názoru omylem uvedeny pozice pro rameno lékaře také jako požadavek pro rameno asistenta. Můžete to prosím ověřit?*
- 2) *V dokumentu Technická specifikace nabízeného plnění – příloha č. 2 návrhu smlouvy jsou tyto požadavky:
Nožní ovladač – chipblower. Nejsme si jisti významem tohoto výrazu. Jednou z nabízených funkcí nožních ovladačů je i možnost ovládat polohu torza pacienta, jedná se o tuto funkci?*

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1: V Technických podmínkách (Příloha č. 1 KS) jsou podle našeho názoru omylem uvedeny pozice pro rameno lékaře také jako požadavek pro rameno asistenta. Můžete to prosím ověřit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel po zvážení výše uvedené žádosti o dodatečné informace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek došel k závěru, že skutečně formálním



nedopatřením byl chybně požadavek na technickou specifikaci pro rameno lékaře mylně uveden také u požadavku pro rameno asistenta.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentech „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy, nově stanovil požadavky na technickou specifikaci ramena asistenta následovně:

Rameno asistenta	ANO
otočné	ANO
pozice	4 pozice: • velká sací hadice • malá sací hadice • 2 prázdné pozice (z toho jedna rezerva pro 3F stříkačku asistenta)

2) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2: V dokumentu Technická specifikace nabízeného plnění – příloha č. 2 návrhu smlouvy jsou tyto požadavky:

Nožní ovladač – chipblower. Nejsme si jistí významem tohoto výrazu. Jednou z nabízených funkcí nožních ovladačů je i možnost ovládat polohu torza pacienta, jedná se o tuto funkci?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

ANO, v případě požadavku na Nožní ovladač je funkcí chipblower skutečně myšlena možnost ovládat polohu torza pacienta.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentech „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy, nově upřesnil stanovený požadavek na Nožní ovladač a jeho funkci chipblower, kdy touto funkcí je myšlena možnost ovládat polohu torza pacienta.

Nově tedy požadavek na Nožní ovladač a jeho funkci chipblower zní:

Chipblower - možnost ovládat polohu torza pacienta	ANO
---	------------

3) Zadavatel analogicky dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si dále dovoluje poskytnout další dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.



Zadavatel se po důkladném zvážení a po podrobném posouzení svých požadavků a stanovených technických podmínek rozhodl upravit stanovené zadávací podmínky, konkrétně upřesnit a rozšířit stanovené požadavky na rozměry konstrukce DSE simulátoru v parkovací poloze.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentech „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy, nově stanovil, že vzhledem k nutné úspoře pracovního prostoru na pracovišti požaduje, aby konstrukci DSE jednotky v parkovací poloze bez figuríny pacienta bylo možné zasunout pod pracovní desku do hloubky prostoru alespoň 210 mm do prostoru o rozměrech:

- výška 650 mm
- šířka 550 mm

Nově tedy požadavek na jednotlivé rozměry konstrukce DSE simulátoru v parkovací poloze zní:

konstrukce DSE simulátoru v parkovací poloze o rozměrech	jednotlivé maximální rozměry: • výška max. 750 mm • šířka max. 460 mm • hloubka max. 640 mm
vzhledem k nutné úspoře pracovního prostoru na pracovišti zadavatel požaduje, aby konstrukci DSE jednotky v parkovací poloze bez figuríny pacienta bylo možné zasunout pod pracovní desku do hloubky prostoru alespoň 210 mm do prostoru o rozměrech: • výška 650 mm • šířka 550 mm • hloubka 440 mm	ANO

- 4) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové) dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 5) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 7.9. 2015 do 13:00 hod. se prodlužuje do 16.9. 2015 do 13:00 hod.



Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 16.9. 2015 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

6) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy
- 2) Příloha C - Technické podmínky

