

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 8. září 2015

Č.j. MU-ZAK/70392/2015/260582/LF - 8

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Dne 7.9.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami doručeny žádosti dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

- 1) *prosíme Vás o upřesnění informace v dokumentu „Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015“ Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1, a k tomu navazujícím dokumentům: Technická specifikace a Technická specifikace nabízeného plnění*

Spisová značka: MU-ZAK/70392/2015/260582/LF -3

V odstavci 3) strana 2-3/4 o dalších dodatečných informacích k zadávacím podmínkám je stanoven prostor pod nábytkem pro uložení jednotky v parkovací poloze těmito rozměry: VÝŠKA: 650 mm, ŠÍŘKA: 550 mm, HLOUBKA 440 mm. Požadovaný rozměr konstrukce simulátoru v parkovací poloze dle Technických podmínek Příloha č.1 kupní smlouvy je však u hodnoty VÝŠKA stanoven na maximálně 750 mm. Žádáme proto o upřesnění, který z údajů o výšce simulátoru je limitující, případně, nejedná-li se pouze o tiskovou chybu a oba rozměry mají být shodné (750 mm).

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1: prosíme Vás o upřesnění informace v dokumentu „Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015“ Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1, a k tomu



navazujícím dokumentům: Technická specifikace a Technická specifikace nabízeného plnění

Spisová značka: MU-ZAK/70392/2015/260582/LF -3

V odstavci 3) strana 2-3/4 o dalších dodatečných informacích k zadávacím podmínkám je stanoven prostor pod nábytkem pro uložení jednotky v parkovací poloze těmito rozměry: VÝŠKA: 650 mm, ŠÍŘKA: 550 mm, HLOUBKA 440 mm. Požadovaný rozměr konstrukce simulátoru v parkovací poloze dle Technických podmínek Příloha č.1 kupní smlouvy je však u hodnoty VÝŠKA stanoven na maximálně 750 mm. Žádáme proto o upřesnění, který z údajů o výšce simulátoru je limitující, případně, nejedná-li se pouze o tiskovou chybu a oba rozměry mají být shodné (750 mm).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci odpovědi na zveřejněný dokument Dodatečné informace č. 1 ze dne 3.9.2015 po zvážení a po posouzení svých požadavků a stanovených technických podmínek zjistil, že se při formulaci požadavku na zasunutí konstrukce DSE simulátoru pod pracovní desku dopustil překlepu (písařské chyby) v požadavku na polohu DSE jednotky. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl upravit stanovené požadavky na zasunutí konstrukce DSE simulátoru pod pracovní desku.

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky, tj. v dokumentech „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“ a „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy, nově stanovuje, že vzhledem k nutné úspoře pracovního prostoru na pracovišti požaduje, aby konstrukci DSE jednotky **v pracovní poloze bylo možné částečně zasunout pod pracovní desku do hloubky prostoru alespoň 200 mm** do prostoru o rozměrech:

- výška 650 mm
- šířka 550 mm

Nově tedy požadavek na jednotlivé rozměry konstrukce DSE simulátoru zní:

vzhledem k nutné úspoře pracovního prostoru na pracovišti zadavatel požaduje, aby konstrukci DSE jednotky v pracovní poloze bylo možné částečně zasunout pod pracovní desku do hloubky prostoru alespoň 200 mm do prostoru o rozměrech: • výška 650 mm • šířka 550 mm	ANO
---	-----

2) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravené (nové) dokumenty „Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy“



**a. „Příloha C - Technické podmínky“ návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené
dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 2 návrhu smlouvy
- 2) Příloha C - Technické podmínky

