



## MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta



V Brně 9.9.2015

### **Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce ELISA reader**

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce **ELISA reader**, vyhlášené dne 3.9.2015, tyto dodatečné informace:

#### Dotaz č.1:

Bylo by možné nabídnout přístroj Elisa reader, který má spojitě nastavení vlnové délky od 400 do 700 nm, volba po 1 nm? Rozsah pod 400 nm např. 340 nm (již požadovaný ve vaší specifikaci) či nad 700 nm např. 750 nm lze řešit doplněním jednotlivých diskrétních filtrů pro konkrétní vlnovou délku.

#### Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel akceptuje toto technické řešení.

Do nabídek je tedy možné zařadit přístroje se spojitým nastavením v minimálním rozsahu 400-700 nm, volba po 1 nm. Dále zadavatel požaduje filtr na 340 nm (uvedený v minimálních technických specifikacích) a možnost měření pro vlnovou délku 750 nm, a to buď jako součástí spojitého filtru nebo jako samostatného filtru.

#### Dotaz č.2:

V minimálních technických požadavcích je uvedeno spojitě nastavení vlnové délky v rozsahu 400 až 750 nm a nastavení vlnové délky 340 nm pomocí filtru. Je možné nabídnout řešení, které je založeno na spojitě nastavení vlnové délky v celém požadovaném rozsahu 340 až 750 nm? Jedná se tedy o kvalitativně vyšší než původně požadované řešení.

#### Odpověď na dotaz č.2:

Zadavatel akceptuje toto technické řešení.

V tomto případě však dodavatel musí dodat také samostatný filtr 340 nm, tzn., že filtr pro vlnovou délku 340 nm může být součástí spojitého filtru, ale bude k přístroji dodán ještě jeden samostatný. Filtr na 750 nm může být v tomto případě součástí pouze spojitého filtru, nemusí být dodáván zvlášť.

### **Dále Zadavatel bez předchozí žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vydává tyto dodatečné informace:**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 19. Zadávací dokumentace Lhůta a místo pro podání nabídek takto:

„Nabídku je nutné podat nejpozději **do 24. 9. 2015 do 9:00 hod.**“

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.  
děkan