
**Veřejná zakázka
„Univerzitní kampus – terapeutické přístroje“**

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Žádost č. 1 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Vážený pane inženýre,

v návaznosti na náš dnešní hovor Vás prosím o zaslání dodatečných informací k veřejné zakázce „Univerzitní kampus Bohunice – terapeutické přístroje“.

- část 1 veřejné zakázky – emitor cíleného magnetického pole jaké požadujete aplikátory (lineární, disk, solenoid...)?
- část 2 veřejné zakázky – přístroj pro kombinovanou terapii - elektroterapie a ultrazvuk elektroléčba 1 nebo 2 kanálová?
- část 4 veřejné zakázky – kryoterapie pro kolik osob má být tato terapie?

Přístrojů je velké množství, proto Vás prosím o zaslání konkrétních požadavků na jednotlivé přístroje, případně alespoň celkový rozpočet, který je na toto vyhrazen. Děkuji.“

Odpověď Zadavatele na žádost č. 1 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

k dotazu č. 1 - aplikátory pro emitor cíleného magnetického pole: požadujeme minimálně solenoid, S 2H a plochý (deskový) aplikátor

k dotazu č. 2 - přístroj pro kombinovanou terapii - elektroterapie a ultrazvuk: požadujeme dvoukanálovou elektroléčbu

k dotazu č. 3 - kryoterapie: požadujeme zařízení pro individuální terapii (tedy pro jednu osobu).

Zadavatel dále připomíná, že veškeré další úkony v zadávacím řízení budou činěny prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Je proto nezbytné, aby se uchazeči o zakázku v tomto systému registrovali (podrobnější informace viz zadávací dokumentace) a určili k dané zakázce svoji oprávněnou osobu, získají tak operativní přístup k dodatečným informacím a dalším dokumentům vydávaným zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

V Brně 2.8.2011

Ing. Jiří Richter
pověřen řízením odboru veřejných zakázek