

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 14. října 2015

Č.j. MU-ZAK/101315/2015/292001/LF - 7

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Pipety pro LF MU 2015 II“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Dne 12.10.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Dotaz č. 1: část č. 1 VZ

V části 1, položka č. 3 Elektronická dávkovací pipeta je v zadání několik parametrů:

a) *Výdrž na jedno nabití: min 5 hodin*

výrobce tento parametr neudává, udává kapacitu vestavěného akumulátoru a počet pipetovacích cyklů na jedno nabití >1000. Je tato hodnota/parametr akceptovatelný jako alternativní?

b) *Typ nastavení objemu v daném rozmezí: plynulý –*

U motorizovaných pipet nelze zajistit plynulé nastavení, na rozdíl od mechanických s nastavením mikrometrickým šroubem, pouze inkrementální, v dalším bodu je vyžadován parametr Inkrement 0,1ul -.Je splnění požadovaného inkrementu objemu považováno i za splnění parametru „plynulý“

c) *Nabíjení: přímé nebo indukční - jedná se o požadavek ve smyslu, že:*

c1/pipeta musí mít oba způsoby nabíjení tedy nebo je míněno jako "i"


c2/pipeta má nejméně jeden z uvedených způsobů nabíjení

d) *Displej: ano, velkoplošný*

Jak doložit "velkoplošný"? U pipety, kterou předpokládáme nabídnout je na displeji současně zobrazována řada parametrů.

e) *Automatická elektronická kalibrace: Ano*

Je parametr splněn, jestliže je seřízení pipety provedeno vložení skutečné hodnoty dávkovaného objemu?



Dotaz č. 2: část č. 3 VZ

a) požadovaný parametr položky č.1. a č.2: Autoklávovatelné

Je požadavek splněn, jestliže jsou autoklávovatelné jen části, které mohou být v přímém kontaktu se vzorkem? Toto řešení umožňuje trvalé používání pipety, u které jsou zaměňovány pouze kritické díly za sterilní bez vlivu na seřízení pipety, zatímco kontaminované díly absolvují zdoluhavý autoklávovací proces. V případě akceptace této varianty řešení nabízíme jako součást dodávky jednu sadu záložních autoklávovatelných dílů pro každou dodanou pipetu č.1. Stojánek - součástí sady. Je požadavek splněn dodávkou 3 ks závěsů pro jednotlivé pipety nebo jedním stojánkem pro nejméně pro 3 pipety, resp 7 pipet?

b) položka č. 1 VZ Stojánek - součástí sady

Je požadavek splněn dodávkou 3 ks závěsů pro jednotlivé pipety nebo jedním stojánkem pro nejméně pro 3 pipety, resp 7 pipet?

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Část č. 1 VZ Interní hematologická a onkologická klinika

Položka č. 3 VZ: Elektronická dávkovací pipeta

Odpovědi zadavatele na dotaz č. 1

a) Výdrž na jedno nabití: min 5 hodin

výrobce tento parametr neudává, udává kapacitu vestavěného akumulátoru a počet pipetovacích cyklů na jedno nabití >1000. Je tato hodnota/parametr akceptovatelný jako alternativní?

Ano, zadavatel akceptuje jako alternativu minimálně 1000 pipetovacích cyklů na jedno nabití.

b) Typ nastavení objemu v daném rozmezí: plynulý –

U motorizovaných pipet nelze zajistit plynulé nastavení, na rozdíl od mechanických s nastavením mikrometrickým šroubem, pouze inkrementální, v dalším bodu je vyžadován parametr Inkrement 0,1ul -.Je splnění požadovaného inkrementu objemu považováno i za splnění parametru „plynulý“

Ano, zadavatel akceptuje splnění požadovaného inkrementu objemu 0,10 µ, pokud je nastavení objemu v daném rozmezí plynulé“.

c) Nabíjení: přímé nebo indukční - jedná se o požadavek ve smyslu, že:

c1/pipeta musí mít oba způsoby nabíjení tedy nebo je míněno jako "i"

c2/pipeta má nejméně jeden z uvedených způsobů nabíjení

Ze zadavatelem vymezeného požadavku je zřejmé, že nabízená pipeta musí mít alespoň jeden z uvedených způsobů nabíjení.

d) Displej: ano, velkoplošný

Jak doložit "velkoplošný"? U pipety, kterou předpokládáme nabídnout je na displeji současně zobrazována řada parametrů.



Splnění požadavku na velkoplošný display bude považováno, pokud na displeji bude zobrazována minimálně nastavená hodnota pipetovaného objemu a stav NABITÍ akumulátoru.

e) *Automatická elektronická kalibrace: Ano*

Je parametr splněn, jestliže je seřízení pipety provedeno vložení skutečné hodnoty dávkovaného objemu?

ANO, požadavek zadavatele je splněn, pokud seřízení pipety je proveditelné vložení skutečné hodnoty dávkovaného objemu.

2) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Část č. 3 VZ Biologický ústav II

Odpovědi zadavatele na dotaz č. 2

a) *požadovaný parametr položky č.1. Sada jednokanálových pipet a č.2: Jednokanálová pipeta*

Autoklávovatelné: ANO

Je požadavek splněn, jestliže jsou autoklávovatelné jen části, které mohou být v přímém kontaktu se vzorkem? Toto řešení umožňuje trvalé používání pipety, u které jsou zaměňovány pouze kritické díly za sterilní bez vlivu na seřízení pipety, zatímco kontaminované díly absolvují zdlouhavý autoklávovací proces. V případě akceptace této varianty řešení nabízíme jako součást dodávky jednu sadu záložních autoklávovatelných dílů pro každou dodanou pipetu

ANO, požadavek je splněn, pokud jsou autoklávovatelné alespoň ty části pipet, které jsou v kontaktu se vzorkem.

b) *položka č. 1 Sada jednokanálových pipet*

Stojánek - součástí sady

Je požadavek splněn dodávkou 3 ks závěsů pro jednotlivé pipety nebo jedním stojánkem pro nejméně pro 3 pipety, resp 7 pipet?

Požadavkem stojánek na pipety je myšlen jeden stojánek pro minimálně 3 ks pipet.

3) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí dodatečných informací (úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky) se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 15.10. 2015 do 13:00 hod. se prodlužuje do 22.10. 2015 do 13:00 hod.



Otevírání obálek s nabídkami proběhne nově dne 22.10. 2015 ve 13:30 hod. na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti č. 305.

5) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“

