

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 14. října 2015

Č.j. MU-ZAK/101315/2015/292001/LF - 8

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Pipety pro LF MU 2015 II“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Dne 12.10.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Dotaz č. 1: část č. 4 VZ

a) položka č.2 a č.3 Sady pipet

Ze zadání vyplývá, že se jedná o pipety s fixním objemem, ale vzhledem k tomu, že sady fixních pipet se nedodávají, předpokládáme, že jde o nedopatření a jsou požadovány variabilní pipety. Prosíme o upřesnění zadání.


b) Dále v položce č. 2 je u třetí pipety uveden nominální objem 20ul, ale obvykle je v sadě s 0,1-2ul a 0,5-10ul třetí pipeta s rozsahem 10-100ul. Prosím o ujištění, že se skutečně jedná o požadovaný objem 2-20ul

c) V položkách č.2 a č.3

balení kalibrovacích sterilních špiček

Dodávané špičky obecně nikdy neslouží ke kalibraci pipety, ale mají pro rychlou kontrolu nasávaného objemu jednu či dvě kontrolní objemové značky podle typu špičky. Špičky, které jsme připraveni nabídnout mají objemové značky 2 a 10ul u špiček do 10ul, 20 a 100ul u špiček do 200ul, 300ul u špiček do 1000ul. Je požadavek splněn dodávkou po jedné krabičce s 96 špičkami od každého požadovaného objemu?

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:



1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Část č. 4 VZ Klinika dětské onkologie

Odpovědi zadavatele na dotaz č. 1

a) položka č.2 Microobjemový pipetovací set a č.3 Pipetovací set

Ze zadání vyplývá, že se jedná o pipety s fixním objemem, ale vzhledem k tomu, že sady fixních pipet se nedodávají, předpokládáme, že jde o nedopatření a jsou požadované variabilní pipety. Prosíme o upřesnění zadání.

Jedná se o pipety s variabilním objemem. Zadavatel upravuje vymezení technických podmínek jednotlivých pipet následujícím způsobem:

1. položka č. 2 Microobjemový pipetovací set

- a. 1x pipeta 0,1-2 µl**
- b. 1x pipeta 0,5-10 µl**
- c. 1x pipeta 10-100 µl**

2. položka č. 3 Pipetovací set

- a. 1x pipeta 2-20 µl**
- b. 1x pipeta 20-200 µl**
- c. 1x pipeta 100-1000 µl**

b) položka č.2 Microobjemový pipetovací

Dále v položce č. 2 je u třetí pipety uveden nominální objem 20ul, ale obvykle je v sadě s 0,1-2ul a 0,5-10ul třetí pipeta s rozsahem 10-100ul. Prosím o ujištění, že se skutečně jedná o požadovaný objem 2-20ul

Zadavatel se dopustil při vymezení technické specifikace písářské chyby (překlepu). V případě třetí pipety tohoto setu se jedná o požadovaný objem 10-100 µl.

c) položka č.2 Microobjemový pipetovací set a č.3 Pipetovací set

balení kalibrovacích sterilních špiček

Dodávané špičky obecně nikdy neslouží ke kalibraci pipety, ale mají pro rychlou kontrolu nasávaného objemu jednu či dvě kontrolní objemové značky podle typu špičky. Špičky, které jsme připraveni nabídnout mají objemové značky 2 a 10ul u špiček do 10ul, 20 a 100ul u špiček do 200ul, 300ul u špiček do 1000ul. Je požadavek splněn dodávkou po jedné krabičce s 96 špičkami od každého požadovaného objemu?

ANO, požadavkem stanoveným zadavatelem na balení kalibrovacích sterilních špiček se rozumí alespoň jedna kontrolní objemová značka podle typu špičky - od každého požadovaného objemu.

2) Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.



3) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“

