

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne, 16. října 2015

Č.j. MU-ZAK/101315/2015/292001/LF - 13

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

„Pipety pro LF MU 2015 II“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Dne 16.10.2015 byla zadavateli Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o dodatečné informace následujícího znění:

Dotaz č. 1: část č. 3 VZ, Položka č. 2 Jednokanálová pipeta

V požadavcích na pipety s nominálním objemem 2μl je požadován rozsah 0,1-2μl a v jednom případě část č. 3 pol 2 0,2-2μl, Pro pipety s nominálním objemem 10μl rozsah 0,5-10μl. V generálních požadavcích je uvedeno, že nelze nabídnout pipety s větším rozsahem, ale i že musí být stejného typu-řady, což nelze dodržet. Pipety námi zastupovaného výrobce mají povolený rozsah pro zkušené uživatele 0,1-2μl, resp 0,5-10μl, ačkoliv technickou specifikaci mají definovanou při 0,2μl resp. při 1μl. Je možné nabídnout pipetu s rozsahem 0,1-2μl?

Na základě výše uvedené žádosti dodavatele o dodatečné informace dává tímto zadavatel všem dotčeným zájemcům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl poskytnout tyto dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

1) Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Část č. 3 VZ Biologický ústav II

Odpovědi zadavatele na dotaz č. 1

a) *Položka č. 2 Jednokanálová pipeta*

V požadavcích na pipety s nominálním objemem 2μl je požadován rozsah 0,1-2μl a v jednom případě část č. 3 pol 2 0,2-2μl, Pro pipety s nominálním objemem 10μl rozsah 0,5-10μl. V generálních požadavcích je uvedeno, že nelze nabídnout pipety s větším rozsahem, ale i že musí být stejného typu-řady, což nelze dodržet. Pipety námi zastupovaného výrobce mají povolený



rozsah pro zkušené uživatele 0,1-2 μ l, resp 0,5-10 μ l, ačkoliv technickou specifikaci mají definovanou při 0,2 μ l resp. při 1 μ l. Je možné nabídnout pipetu s rozsahem 0,1-2 μ l?

ANO, pro položku č. 2 Jednokanálová pipeta je možné nabídnout také pipetu s rozsahem 0,1-2 μ l. V rámci této položky je tedy možné nabídnout objem pipety 0,1-2 μ l nebo 0,2-2 μ l.

- 2) **Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené dodatečné informace zadavatele.**

Uchazeč pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“

