



Dodatečné informace č. 1

veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015 – opakované řízení“

1. část - UV- VIS spektrometr

Dne 13. 10. 2015 v 16:38 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailové adresy baudys@rect.muni.cz e-mailem bez elektronického podpisu následující dotaz k zadávacím podmínkám od jednoho z dodavatelů:

Dotaz dodavatele ze dne 13. 10. 2015, 16:38:

„Vážený pane magistře,

v přiloženém souboru naleznete naši žádost o dodatečnou informaci. Chci poznamenat, že naše připomínka v žádném případě není míněna jako jdoucí proti legitimnímu požadavku koncového uživatele dobrat se k přístroji s „vysněnými“ charakteristikami a není naším úmyslem poškozovat Recetox, jako vážené pracoviště s vysokým mezinárodním renomé.

Nicméně v tomto případě se domníváme, že požadovaná specifikace je zmatečná až konfliktní. Kdyby byla veřejná soutěž dokončena na základě této požadované specifikace, soudíme, že by mohl tím vzniknout nebezpečný precedens, který by dlouhodobě mohl poškozovat některé dodavatele a distributory vědecké instrumentace.

S pozdravem“

A dále v příloze zaslal následující text:

Věc: DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Vážený pane magistře,

v souvislosti s Veřejnou zakázkou „Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015 – opakované řízení“ Část 1 – UV- VIS spektrometr máme následující „požadavek o dodatečnou informaci“ k zadávacím podmínkám, tak jak jsou uvedené v prefabrikovaném návrhu Kupní smlouvy na str. 12-13.

V minimálních požadovaných technických parametrech UV-VIS spektrometru je mj. vyžadováno:

- *Dvoupaprskový skenovací UV - VIS spektrometr s rozsahem minimálně 200 -1000 nm vlnové délky*
- a dále
- *Rychlost skenování minimálně 20 000 nm/min*

Připustíme-li, první požadavek vymezuje požadavek „spektrometru s klasickou optickou konstrukcí“ s monochromátorem, tj. nikoliv například s DAD detektorem, požadavek tak vysoké rychlosti skenování – za předpokladu, že zadavatel měl na mysli „rychlost skenování spektra“, nikoliv tzv. „slewing speed“, pak tento požadavek splňuje -pokud je nám známo, jediný model jediného výrobce. Připouštím, že zadavatel má konkrétní představu očekávaného spektrometru, to je v kategorii vědeckých přístrojů snadno pochopitelné. Avšak model, o němž se domníváme, že je cílovým přístrojem, nadevší pochybnost není dvoupaprskový spektrometr nýbrž jde o přístroj s optickým uspořádáním, které se označuje jako „splitted beam“ nebo také „dual beam“ nebo v češtině jako „uspořádání s děleným paprskem“.

Na základě této úvahy soudíme, že zadání je nejasné až konfliktní, o to více, že zadavatel v popisu aplikace hovoří o kinetickém měření, které jistě zaslouží „pravý duální“ spektrometr se dvěma kyvetovými pozicemi, pro vzorek a slepý vzorek.

Domníváme se, že s ohledem na naše shora uvedené výhrady, zadávací řízení není zcela transparentní, čímž je naše společnost vyloučena z možnosti hospodářské soutěže v této veřejné soutěži.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel stanovil jako povinnou formu komunikace elektronickou komunikaci přes systém E-ZAK . Dle prvního odstavce čl. 16. zadávací dokumentace musí být žádost o dodatečné informace doručena písemně zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00003917>.

S ohledem na skutečnost, že dodavatel pro podání dotazu k zadávacím podmínkám nevyužil elektronický nástroj E-ZAK, zadavatel konstatuje, že tento nemá povahu žádosti o dodatečné informace ve smyslu uvedeného ustanovení zadávací dokumentace, resp. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Zadavatel však přesto považuje v zájmu transparentnosti řízení za vhodné všechny potenciální uchazeče o odpovědi na shora uvedený dotaz informovat. Zadavatel proto v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ ve spojení s čl. 16. zadávací dokumentace poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí řádné žádosti.

Zadavatel přezkoumal veškeré technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, a to jak z hlediska souladu s ustanoveními ZVZ, tak z hlediska opodstatněnosti těchto podmínek potřebami zadavatele. Zadavatel neshledal žádné pochybení či nejasnost.



Specifikovaný UV-VIS spektrometr bude používán jak k jednorázovému měření absorpčních spekter, tak k měřením kinetickým. Kinetická měření budou použita ke sledování rychlosti supramolekulárních interakcí chromoforů. Pro adekvátní sběr dat je nezbytná vyžadovaná rychlost měření minimálně 20 000 nm/min.

Zadavatel nevymezuje, jakým způsobem má být požadovaných parametrů dosaženo, zadavatel pouze stanovil v souladu se ZVZ objektivním a jednoznačným způsobem požadavky na výkon a funkci zařízení. Konkrétní technická řešení, kterými jich bude dosaženo, zadavatel v uvedených případech nestanovil.

Zadavatel vymezil zadávací podmínky jednoznačným, objektivním a srozumitelným způsobem **v českém jazyce** a v souladu s příslušnými ustanoveními § 45 a 46 ZVZ. Případné terminologické nejasnosti v jiných jazycích jsou tedy irelevantní.

Zadavatel jednoznačně stanovil požadavek na „**Dvoupaprskový** skenovací UV - VIS spektrometr“, tedy přístroj, který má více než jeden paprsek. Zadavatel tedy stanovil podmínky **na počet paprsků, nikoliv počet zdrojů**, ani nestanovil způsob, jakým bude požadovaného počtu paprsků dosaženo.

Touto dodatečnou informací tedy nedochází k žádné změně zadávacích podmínek, zadavatel potvrzuje platnost původně stanovených zadávacích podmínek a zadavatel přistoupil k jejímu vydání pouze z důvodu dosažení maximální úrovně transparentnosti řízení.

V Brně dne 19. 10. 2015

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Přírodovědecké fakulty MU