

**DORUČENO ELEKTRONICKY!**

V Brně dne 19. 10. 2015

**Odpověď na žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Váhy pro CEITEC MU II.“**

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 15. 10. 2015 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k žádosti o dodatečné informace uvádí toto:

**Znění dotazu:**

„Dobrý den paní Štěrbová,

*rádi bychom se účastnili výběrového řízení na dodávku vah. Mám však dotaz ohledně části 2., konkrétně položka 3. váha s rozsahem 250 až 500g!! na desetinu, ověřitelná. Bohužel není výrobce, který by takovouto váhu nabízel. Jsme schopni nabídnout váhu 600 g na setinu s ověřeným dílkem 0,1 g. Prosím tedy, zda-li je možné upravit tento parametr. Předem děkuji!“*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel předpokládá, že výše uvedený dotaz uchazeče se týká technických podmínek části A předmětné veřejné zakázky, a že ze strany dotazujícího se uchazeče došlo pouze k překlepu ohledně vymezení části zakázky, ke které se uchazečův dotaz vztahuje, a to vzhledem k charakteru dotazu a dále vzhledem k tomu, že pouze část A předmětné zakázky má několik konfigurací. K dotazu uchazeče tak zadavatel uvádí následující.

Při vymezení technických podmínek části A, konfigurace 3, zadavatel chybně naformuloval technický parametr uvedený na řádku 7 konfigurace (zadavateli vypadlo slovo maximální). **Zadavatel tak považuje za nutné tento parametr opravit a nově u konfigurace 3 požadovat technickou a funkční vlastnost (dále jen „parametr“) „maximální rozsah vážení“ s požadovanou hodnotou „alespoň 250 g, nejvíce 500 g“.**

Zadavatel k dotazu dále uvádí, že konfiguraci 3 tedy poptává váhy, které dokáží zvážit s přesností alespoň na 0,1 g předmět až do váhy 250 g, případně do váhy 500 g.

Pro účely použití vah poptávaných zadavatelem v konfiguraci 3 je nežádoucí, aby maximální váživost těchto vah přesáhla 500 g. Pokud uchazeč nabídne váhy, které dokáží spolehlivě vážit i v rozsahu pod 20 g, pak je možné předmětný parametr upravit až na 600 g.

Vzhledem k tomu, že v technických podmínkách části A došlo u konfigurace 3 na řádku 7 ke změně požadovaného parametru, uveřejňuje tímto zadavatel aktualizované znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technické podmínky – část A, a na základě § 40 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na charakter provedené změny, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek je zadavatelem stanoven **do 9. 11. 2015, do 10:00 hodin.**

- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **9. 11. 2015 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti 1S065 na adrese CEITEC MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno – Bohunice, pavilon A35.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

S pozdravem

*Mgr. Lenka Štěrbová*  
Manažerka veřejných zakázek  
CEITEC MU

Příloha

- Příloha č. 1 – Technické podmínky – část A – verze 2